



NIP: 677-17-03-375

REGON: 351194736

KRS: 0000038598

KSIĘGA REJESTROWA  
000000005614

Oznaczenie organu: W-12

tel. sekretariat: (12) 428 73 04

fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:

Chirurgii Urazowej, Ortopedii  
i Rehabilitacji:  
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami:  
Rehabilitacji Diennej i Rehabilitacji  
Neurologicznej  
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:

Urazowo-Ortopedyczna:  
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna:  
(+48 12) 428 73 03


Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownie:

Diagnostyki Obrazowej  
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl  
http://www.kcr.pl

PKO BANK POLSKI S.A.  
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975



Norma ISO 9001



Wsparcie procesu akredytacji  
Zakładów Opieki Zdrowotnej



Certyfikat Systemu Zarządzania  
Przeciwdziałanie Zagrożeniom  
Korupcyjnym

Kraków, 15 kwietnia 2014 r.

Dotyczy: postępowania na „Dostawę stołu operacyjnego i łóżek szpitalnych (urządzeń medycznych)”. Post. nr A.I.271-51/14.

### WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU A.I.271-51/14

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej.

#### 1. Pytanie:

*Dotyczy: część 2 – łóżka szpitalne – 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2220 mm?*

#### Odpowiedź:

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaofiarowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

#### 2. Pytanie:

*Dotyczy: część 2 – łóżka szpitalne – 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1000 mm.*

#### Odpowiedź:

**Zamawiający nie wyraża zgodę.**

#### 3. Pytanie:

*Dotyczy: część 2 – łóżka szpitalne – 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 420-820 mm?*

#### Odpowiedź:

**Zamawiający nie wyraża zgodę.**

#### 4. Pytanie:

*Dotyczy: część 2 – łóżka szpitalne – 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami z tworzywa ABS o grubości 1 cm?*

#### Odpowiedź:

**Zamawiający nie wyraża zgodę.**

#### 5. Pytanie:

*Dotyczy: część 2 – łóżka szpitalne – 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści w punkcie 9 tabeli elektryczną regulację ud w zakresie 0-37°?*

#### Odpowiedź:

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaofiarowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

#### 6. Pytanie:

*Dotyczy: część 2 – łóżka szpitalne – 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści podwójną ramę wyciągową wykonaną w całości ze stali nierdzewnej?*

#### Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza.**

**W przypadku zaofiarowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów**

#### 7. Pytanie:

*Dotyczy: część 3 – łóżka szpitalne – 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2220 mm?*

---

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

W przypadku zaofierowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.

**8. Pytanie:**

*Dotyczy: część 3 – łóżka szpitalne – 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1000 mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgodę.

**9. Pytanie:**

*Dotyczy: część 3 – łóżka szpitalne – 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 420-820 mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgodę.

**10. Pytanie:**

*Dotyczy: część 3 – łóżka szpitalne – 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami z tworzywa ABS o grubości 1 cm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgodę.

**11. Dotyczy: część 2 – łóżka szpitalne – 3 szt.**

*Czy Zamawiający dopuści w punkcie 9 tabeli elektryczną regulację ud w zakresie 0-37°?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku zaofierowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.

**12. Pytanie:**

*Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania łóżko szpitalne, którego szerokość całkowita z podniesionymi lub opuszczonymi barierkami wynosi 960 mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgodę.

**13. Pytanie:**

*Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania łóżko szpitalne z regulacją wysokości leża realizowaną w zakresie od 35 do 81 cm? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWZ.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgodę.

**14. Pytanie:**

*Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania łóżko szpitalne z leżem 4 segmentowym w tym 3 segmenty ruchome wypełnione sztywnymi panelami z płyty HPL o grubości 6 mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgodę.

**15. Pytanie:**

*Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania łóżko szpitalne z leżem 4 segmentowym w tym 3 segmenty ruchome wypełnione sztywnymi panelami z płyty HPL mocowanymi na stałe, gładkimi i łatwymi w dezynfekcji?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgodę.

**16. Pytanie:**

*Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem 4 segmentowym w tym 3 segmenty ruchome wypełnione sztywnymi panelami z płyty HPL, których waga wynosi dla segmentu oparcia pleców ok. 3,5 kg, oraz dla segmentu podudzia ok. 2 kg?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**17. Pytanie:**

*Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w panel sterowania mocowany na półce do pościeli, chowany pod leże?*

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**18. Pytanie:**

*Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie 9 tabeli technicznej Zamawiający miał na myśli regulację segmentu oparcia uda, a zapis dotyczący oparcia pleców został wprowadzony omyłkowo?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza i dokonuje poprawienia załącznika do umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**Poprawiony załącznik stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi.**

**Wykonawcy są zobowiązani wraz z oferta złożyć wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione poprawiony załącznik do wzoru umowy.**

**19. Pytanie:**

*Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Prosimy o potwierdzenie, że poprzez zapis punktu 13 tabeli technicznej mówiącym o ruchu wstecznym teleskopowym segmentu pleców i uda należy rozumieć funkcję autoregresji segmentu oparcia pleców i segmentu uda opisaną w punkcie 12?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie potwierdza.**

**20. Pytanie:**

*Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w funkcję elektrycznej pozycji szokowej uzyskiwanej w sposób płynny – w czasie którego poszczególne segmenty jednocześnie uzyskują żądaną pozycję?*

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**21. Pytanie:**

*Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w pilot przewodowy bez podświetlanych klawiszy?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**22. Pytanie:**

*Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji w postaci kluczyka magnetycznego do aktywacji pilota przewodowego oraz zamykanej tworzywowej pokrywy dla panelu sterowania?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**23. Pytanie:**

*Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne nie posiadające funkcji odłączenia wszelkich regulacji po ok. 3 minutach nieużywania regulacji?*

---

**Odpowiedź:**  
Zamawiający nie wyraża zgody.

**24. Pytanie:**

*Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez systemu elektronicznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia?*

**Odpowiedź:**  
Zamawiający nie wyraża zgody.

**25. Pytanie:**

*Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w materac z pianki poliuretanowej o wysokości 12 cm?*

**Odpowiedź:**  
Zamawiający nie wyraża zgody.

**26. Pytanie:**

*Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty z możliwością szybkiego demontażu osadzone w sposób zapewniający pewne mocowanie w czasie transportu bez konieczności zablokowania?*

**Odpowiedź:**  
Zamawiający nie wyraża zgody.

**27. Pytanie:**

*Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w podwójną ramę ortopedyczną wykonaną ze stali nierdzewnej?*

**Odpowiedź:**  
Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający potwierdza i dokonuje poprawienia załącznika do umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów. Poprawiony załącznik stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi.

Wykonawcy są zobowiązani wraz z oferta złożyć wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione poprawiony załącznik do wzoru umowy.

**28. Pytanie:**

*Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w przejezdny statyw kroplówki bez gniazd elektrycznych?*

**Odpowiedź:**  
Zamawiający nie wyraża zgody.

**29. Pytanie:**

*Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, którego szerokość całkowita z podniesionymi lub opuszczonymi barierkami wynosi 960 mm?*

**Odpowiedź:**  
Zamawiający nie wyraża zgody.

**30. Pytanie:**

*Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z regulacją wysokości leża realizowaną w zakresie od 35 do 81 cm? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWS*

**Odpowiedź:**  
Zamawiający nie wyraża zgody.

**31. Pytanie:**

*Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem 4 segmentowym w tym 3 segmenty ruchome wypełnione sztywnymi panelami z płyty HPL o grubości 6 mm?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**32. Pytanie:**

*Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem 4 segmentowym w tym 3 segmenty ruchome wypełnione sztywnymi panelami z płyty HPL mocowanymi na stałe, gładkimi i łatwymi w dezynfekcji?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**33. Pytanie:**

*Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem 4 segmentowym w tym 3 segmenty ruchome wypełnione sztywnymi panelami z płyty HPL, których waga wynosi dla segmentu oparcia pleców ok. 3,5 kg, oraz dla segmentu podudzia ok. 2 kg?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**34. Pytanie:**

*Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w panel sterowania mocowany na półce do pościeli, chowany pod leże?*

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**35. Pytanie:**

*Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie 9 tabeli technicznej Zamawiający miał na myśli regulację segmentu oparcia uda, a zapis dotyczący oparcia pleców został wprowadzony omyłkowo?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Zamawiający potwierdza i dokonuje poprawienia załącznika do umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów. Poprawiony załącznik stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi.**

**Wykonawcy są zobowiązani wraz z oferta złożyć wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione poprawiony załącznik do wzoru umowy.**

**36. Pytanie:**

*Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Prosimy o potwierdzenie, że poprzez zapis punktu 13 tabeli technicznej mówiącym o ruchu wstecznym teleskopowym segmentu pleców i uda należy rozumieć funkcję autoregresji segmentu oparcia pleców i segmentu uda opisaną w punkcie 12?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**37. Pytanie:**

*Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w funkcję elektrycznej pozycji szokowej uzyskiwanej w sposób płynny – w czasie którego poszczególne segmenty jednocześnie uzyskują żądaną pozycję?*

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**38. Pytanie:**

*Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w pilot przewodowy bez podświetlanych klawiszy?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**39. Pytanie:**

*Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji w postaci kluczyka magnetycznego do aktywacji pilota przewodowego oraz zamykanej tworzywowej pokrywy dla panelu sterowania?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**40. Pytanie:**

*Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne nie posiadające funkcji odłączenia wszelkich regulacji po ok. 3 minutach nieużywania regulacji?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**41. Pytanie:**

*Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez systemu elektronicznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**42. Pytanie:**

*Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w materac z pianki poliuretanowej o wysokości 12 cm?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**43. Pytanie:**

*Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty z możliwością szybkiego demontażu osadzone w sposób zapewniający pewne mocowanie w czasie transportu bez konieczności zablokowania?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**44. Pytanie:**

*Część nr 2 – Łóżka szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający w punkcie 9 popełnił omyłkę pisarską i ma na myśli regulację elektryczną segmentu uda w zakresie 40°(+/-5)? Prosimy o sprostowanie.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza i dokonuje poprawienia załącznika do umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów. Poprawiony załącznik stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi.**

**Wykonawcy są zobowiązani wraz z oferta złożyć wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione poprawiony załącznik do wzoru umowy.**

**45. Pytanie:**

*Część nr 2 – Łóżka szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu nożnego w zakresie 34°, który to parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Zamawiający dokonuje poprawienia załącznika do umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów. Poprawiony załącznik stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi.**

**Wykonawcy są zobowiązani wraz z oferta złożyć wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione poprawiony załącznik do wzoru umowy.**

**46. Pytanie:**

*Część nr 3 – Łóżka szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający w punkcie 9 popełnił omyłkę pisarską i ma na myśli regulację elektryczną segmentu uda w zakresie 40°(+/-5)? Prosimy o sprostowanie.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Zamawiający dokonuje poprawienia załącznika do umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**Poprawiony załącznik stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi.**

**Wykonawcy są zobowiązani wraz z oferta złożyć wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione poprawiony załącznik do wzoru umowy.**

**47. Pytanie:**

*Część nr 2 – Łóżka szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu nożnego w zakresie 34°, który to parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Zamawiający dokonuje poprawienia załącznika do umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów. Poprawiony załącznik stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi.**

**Wykonawcy są zobowiązani wraz z oferta złożyć wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione poprawiony załącznik do wzoru umowy.**

**48. Pytanie:**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny) do 10 tygodni od daty podpisania umowy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie terminu Zamawiający wyrazi zgodę?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Wymagany termin wykonania całego zamówienia: dla części 1 zamówienia – 70 dni od dnia zawarcia umowy (przy uwzględnieniu § 4 ust. 1 wzoru umowy).**

**Wykonawcy są zobowiązani wraz z oferta złożyć wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione poprawiony Formularz ofert.**

**49. Pytanie:**

*Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych wskazanych w §9 ust. 1a z 1% do 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia dostawy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

**50. Pytanie:**

*Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych wskazanych w §9 ust. 1b z 20% do 10% wartości brutto umowy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

**51. Pytanie:**

*Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych wskazanych w §9 ust. 1c z 1% do 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia naprawy lub wymiany urządzenia? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

**52. Pytanie:**

*Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych wskazanych w §9 ust. 1d z 0,3% do 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu sprzętu zastępczego? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**53. Pytanie:**

*Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie opóźnienia w dostawie wskazanego w §9 ust. 3 z 5 do 14 dni od terminu ustalonego w §4 ust. 1? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie tego okresu Zamawiający wyrazi zgodę?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**54. Pytanie:**

*Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie z 24 do 72 godzin od zgłoszenia ? (§6 ust. 7 projektu umowy oraz punkt 63 tabeli z parametrami technicznymi)?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**55. Pytanie:**

*Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej z 3 do 5 dni ? (§6 ust. 8 projektu umowy oraz punkt 65 tabeli z parametrami technicznymi).*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**56. Pytanie:**

*Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §6 ust. 10 na: „Na czas przestoju wskutek naprawy lub wymiany gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w 6- tym dniu naprawy/wymiany lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt własny urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie będące przedmiotem dostawy”*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**57. Pytanie:**

*Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją oparcia pleców w zakresie od – 40<sup>o</sup> do 70<sup>o</sup> ?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**58. Pytanie:**

*Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją podglówka w zakresie od - 20<sup>o</sup> do 50<sup>o</sup> ?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**59. Pytanie:**

*Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przechylem Trendelenburga w zakresie 25<sup>o</sup> ?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**



**60. Pytanie:**

*Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjne z przechyłem anty-Trendelenburga w zakresie  $16^0$  ?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów).**

**61. Pytanie:**

*Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją kąta odchylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej w zakresie od  $-90^0$  do  $15^0$  ?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**62. Pytanie:**

*Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny przejezdny, mobilny z mechanicznym systemem blokowania podstawy, realizowanym przez wysuwane stopki uruchamiane dźwignią nożną ?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**63. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do przewożenia chorych*

*Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.*

*Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga do zaoferowania stołu operacyjnego z systemem wymiennych blatów, gdyż opis przedmiotu zamówienia jest niejednoznaczny – z jednej strony Zamawiający oczekuje stołu przejezdnego z systemem blokady kół z drugiej zaś wózka do transportu blatu? W dalszej części opisu nie ma również żadnego określenia dotyczącego wymienności blatów, ich ilości itp., drugiego wózka, który jest konieczny dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania takiego systemu.*

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ. Jeden blat, jeden wózek.**

**64. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do przewożenia chorych*

*Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.*

*Prosimy Zamawiającego o rezygnację z zapisów dotyczących stołu z wymiennym blatem i dopuszczenie do zaoferowania stołu mobilnego ogólnochirurgicznego, który można dzięki wyposażeniu w różne segmenty blatu, konwerter i wymagane przystawki przystosować do każdego rodzaju operacji również ortopedycznych co wydaje się być rozwiązaniem korzystniejszym od wymaganego? Proponowane rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu przeprowadzanie wszystkich wymienionych operacji i zabiegów. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o jej uzasadnienie i o precyzyjne określenie jak miałyby wyglądać system wymienności blatów w opisanym stole.*

**Odpowiedź:**

**Organizacja bloku wymaga przewożenia pacjenta w ramach bloku na blacie stołu operacyjnego, jednocześnie nie chcemy przewozić całej kolumny stołu w związku z czym wymagamy stołu z wymiennym blatem, na którym można transportować pacjenta przez zapięcie blatu na wózek do transportu blatów.**

**65. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do przewożenia chorych*

*Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny o napędzie elektromechanicznym? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w tego typu stołach gwarantujące długi okres bezawaryjnej eksploatacji przy zachowaniu wysokich parametrów i jakości pracy. Napęd elektro – hydrauliczny jest bardzo wrażliwy na zapowietrzenie, co może doprowadzić do unieruchomienia stołu uniemożliwiając jego dalsze regulacje.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**66. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do przewożenia chorych*

*Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny bez dodatkowej nożnej pompy hydraulicznej? Wymaganie to nie jest konieczne i nie ma potrzeby jego realizowania, gdyż stół posiada dodatkowy zapasowy akumulator, ponadto pompy nożne są niefunkcjonalne i ograniczają swobodę ruchów operatora podczas zabiegu, w tym bezpośredni dostęp do operowanego.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**67. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do przewożenia chorych*

*Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny o długości 2135mm? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, gwarantujące więcej miejsca dla pacjenta i zwiększające komfort pracy.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**68. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do przewożenia chorych*

*Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym regulacja podglówka odbywa się w zakresie od -45o do +45o? Jest to rozwiązanie w zupełności wystarczające do ułożenia głowy pacjenta w każdej wymaganej pozycji i dalsza regulacja tego parametru nie przynosi wymiernych korzyści.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**69. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do przewożenia chorych*

*Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, z możliwością regulacji przechyłów bocznych w zakresie  $\pm 18^\circ$ ? Oferowana wielkość tego parametru jest absolutnie wystarczająca do zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, ponadto większe nachylenie spowodowałoby zsuwanie się operowanego z blatu stołu, a tym samym utrudnianie przeprowadzanych zabiegów.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**70. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do przewożenia chorych*

*Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny bez przesuwu wzdłużnego? Oferowany stół jest przezierny na całej długości, a biorąc pod uwagę fakt, iż Zamawiający wymaga przystawki ortopedycznej sam przesuw może być rozwiązaniem niebezpiecznym dla pacjenta.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**71. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do przewożenia chorych*

*Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym regulacja segmentu oparcia pleców jest elektryczna, a więc nie jest wspomagana sprężynami gazowymi? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**72. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do przewożenia chorych*

*Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny bez wymiennych blatów lecz z możliwością łatwej transformacji stołu z systemu do chirurgii ogólnej w system do operacji ortopedycznych? Dzięki zastosowaniu specjalnego konwertera (z wózkiem dokującym) można w dowolnym momencie dołączyć do stołu przystawkę ortopedyczną, bez konieczności wymiany całego blatu – jest to więc rozwiązanie korzystniejsze.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**73. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do przewożenia chorych*

*Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym regulacja przystawki do operacji barku odbywa się elektrycznie z pilota? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, gdyż umożliwia bezwysiłkową i bardzo dokładną regulację kąta nachylenia przystawki.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów).**

**74. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do przewożenia chorych*

*Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych o długości 2150mm i szerokości 805mm? Oferowane wymiary są wystarczające do zapewnienia wygodnej pozycji pacjenta i umożliwiają łatwe manewrowanie wózkiem.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**75. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do przewożenia chorych*

*Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych o wymiarach materaca 2025x705x90mm? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego – szczególnie biorąc pod uwagę mniejsze wymiary całkowite wózka.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**76. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do przewożenia chorych*

*Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, w którym regulacja wysokości odbywa się w zakresie od 535 do 835mm? Oferowany zakres tylko minimalnie odbiega od wymaganego, lecz jest równie praktyczny dzięki czemu personel medyczny ma łatwy dostęp do pacjenta.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**77. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do przewożenia chorych*

*Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, w którym unoszenie leża uzyskiwane jest przy użyciu 2 niezależnych dźwigni nożnych zlokalizowanych po obu stronach wózka? Jest to rozwiązanie wystarczające.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów).**

**78. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do przewożenia chorych*

*Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.*

---

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego wyprofilowana podstawa przeznaczona jest na przewożenie rzeczy osobistych pacjenta oraz buli z tlenem zamiast odejmowanego kosza? Jest to rozwiązanie spełniające taką samą funkcję.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**79. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do przewożenia chorych*

*Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego całość konstrukcji wykonana jest z ocynkowanej stali pokrytej następnie osłoną z laminatu powleczonego warstwą poliuretanu oraz próżniowo pokryta termoplastycznym tworzywem, a sama podstawa powleczona teflonem z wyprofilowanym miejscem na dodatkowy sprzęt? Oferowane rozwiązanie sprawia, że wszystkie części metalowe są bardzo dokładnie zabezpieczone przed otoczeniem, ponadto wózek jest łatwy w dezynfekcji, odporny na wszelkie uszkodzenia zarówno mechaniczne jak i chemiczne, co podnosi jego wartości użytkowe wózka.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**80. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do przewożenia chorych*

*Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o konstrukcji opartej na pojedynczej kolumnie i podstawie prostokątnej uniesionej od podłoża zapewniając tym samym dostęp aparatu RTG z ramieniem C? Proponowane rozwiązanie gwarantuje tę samą funkcjonalność i pozwala na monitorowanie pacjenta.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**81. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do przewożenia chorych*

*Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych wyposażony w 4 krążki odbojowe umieszczone w narożnikach ramy leża zamiast metalowych, chromowanych rur odbojowych zlokalizowanych po obu stronach wózka? Energochłonne odbojniki jako elementy najbardziej wystające w konstrukcji wózka w wystarczający sposób chronią zarówno sprzęt jak i ściany przed uszkodzeniami mechanicznymi.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**82. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do przewożenia chorych*

*Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.*

---

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, w którym pozycja Trendelburga/anty-Trendelburga uzyskiwana jest za pomocą dźwigni umieszczonej pod leżem od strony głowy pacjenta? Proponowane rozwiązanie jest bardziej praktyczne, wygodniejsze i w łatwy sposób pozwala personelowi na uzyskanie odpowiedniego przechyłu.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**83. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do przewożenia chorych*

*Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych bez możliwości przesuwu poprzecznego leża? Wymaganie to nie jest konieczne dla wózka transportowego.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**84. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do przewożenia chorych*

*Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego metalowe bariery boczne osłonięte są termoplastyczną tworzywowa powłoką? Bariery mają estetyczny wygląd, są dopasowane do całej konstrukcji wózka, poza tym wszystkie metalowe części są zabezpieczone przed korozją i uszkodzeniami.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**85. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do przewożenia chorych*

*Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych wyposażony w składane uchwyty do prowadzenia pokryte termoplastycznym tworzywem umieszczone od strony głowy i nóg pacjenta zamiast szczytów? Składane uchwyty są znacznie lepszym rozwiązaniem, gdyż ułatwiają prowadzenie wózka zarówno od strony nóg jak i głowy pacjenta, ponadto na czas reanimacji lub innych czynności mogą być schowane, co gwarantuje pełny dostęp do pacjenta.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**86. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 2: Łóżka szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne o długości 215cm i szerokości 96cm? Oferowane parametry tylko nieznacznie odbiegają od wymaganych i są wystarczające do zapewnienia pełnego komfortu pacjentom.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**87. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 2: Łóżka szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne, w którym regulacja elektryczna wysokości leża odbywa się w zakresie od 43 do 83cm? Niższy parametr wysokości jest wystarczający do bezpiecznego wchodzenia/schodzenia pacjenta z łóżka, a parametr maksymalnej wysokości jest znacznie korzystniejszy, dzięki czemu personel medyczny ma łatwiejszy dostęp do pacjenta.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**88. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 2: Łóżka szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne bez podświetlanych przycisków na pilocie? Pilot w oferowanym modelu posiada czytelne i uwypuklone przyciski, które umożliwiają bezpieczną i intuicyjną regulację funkcji łóżka nawet po zmroku.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**89. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 3: Łóżka szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne o długości 215cm i szerokości 96cm? Oferowane parametry tylko nieznacznie odbiegają od wymaganych i są wystarczające do zapewnienia pełnego komfortu pacjentom.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**90. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 3: Łóżka szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne, w którym regulacja elektryczna wysokości leża odbywa się w zakresie od 43 do 83cm? Niższy parametr wysokości jest wystarczający do bezpiecznego wchodzenia/schodzenia pacjenta z łóżka, a parametr maksymalnej wysokości jest znacznie korzystniejszy, dzięki czemu personel medyczny ma łatwiejszy dostęp do pacjenta.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**91. Pytanie:**

*Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 3: Łóżka szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne bez podświetlanych przycisków na pilocie? Pilot w oferowanym modelu posiada czytelne i uwypuklone przyciski, które umożliwiają bezpieczną i intuicyjną regulację funkcji łóżka nawet po zmroku.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**92. Pytanie:**

*Dotyczy: Część 2 – Łóżka szpitalne – 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 36 cm do 79,5 cm? Oferowany dolny zakres (36 cm) jest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, natomiast górny (79,5 cm) jest lepszy od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**93. Pytanie:**

*Dotyczy: Część 2 – Łóżka szpitalne – 3 szt.*

*Czy (dla pkt. 9) Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające elektryczną regulację segmentu uda w zakresie 0 – 30o, weryfikując tolerancję (+/-5 o)? Oferowany zakres regulacji będzie wystarczający*

---

*podczas codziennego korzystania z łóżka i zapewni bezpieczne wykorzystanie wszystkich możliwych funkcji.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**94. Pytanie:**

*Dotyczy: Część 2 – Łóżka szpitalne – 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z funkcji łóżka, w którym wszystkie regulacje odbywają się w sposób świadomy, a uruchomienie funkcji następuje poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego daną funkcję? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego oraz dodatkowo zagwarantuje personelowi pełne zarządzanie funkcjami łóżka wraz z możliwością selektywnej blokady.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**95. Pytanie:**

*Dotyczy: Część 2 – Łóżka szpitalne – 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne w którym odłączenie wszelkich regulacji następuje po 30 sekundach nieużywania regulacji? Zasada działania jest identyczna jak wskazana przez Zamawiającego, a czas krótszy niż 180 sekund, będzie parametrem bardziej korzystnym i wynika z przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta, nie wnosząc negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaofiarowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**96. Pytanie:**

*Dotyczy: Część 2 – Łóżka szpitalne – 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające bezpieczne obciążenie robocze 310 kg bez konieczności stosowania systemu elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia obciążenia? Oferowane bezpieczne obciążenie jest znacznie lepsze, niż wymagane przez Zamawiającego, a tym samym parametr wymagany w pkt. 30 nie będzie konieczny.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaofiarowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**97. Pytanie:**

*Dotyczy: Część 3 – Łóżka szpitalne – 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 36 cm do 79,5 cm? Oferowany dolny zakres (36 cm) jest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, natomiast górny (79,5 cm) jest lepszy od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**98. Pytanie:**

*Dotyczy: Część 3 – Łóżka szpitalne – 3 szt.*

*Czy (dla pkt. 9) Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające elektryczną regulację segmentu uda w zakresie 0 – 30°, weryfikując tolerancję (+/-5°)? Oferowany zakres regulacji będzie wystarczający podczas codziennego korzystania z łóżka i zapewni bezpieczne wykorzystanie wszystkich możliwych funkcji.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**



**99. Pytanie:**

*Dotyczy: Część 3 – Łóżka szpitalne – 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z funkcji łóżka, w którym wszystkie regulacje odbywają się w sposób świadomy, a uruchomienie funkcji następuje poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego daną funkcję? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego oraz dodatkowo zagwarantuje personelowi pełne zarządzanie funkcjami łóżka wraz z możliwością selektywnej blokady.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**100. Pytanie:**

*Dotyczy: Część 3 – Łóżka szpitalne – 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne w którym odłączenie wszelkich regulacji następuje po 30 sekundach nieużywania regulacji? Zasada działania jest identyczna jak wskazana przez Zamawiającego, a czas krótszy niż 180 sekund, będzie parametrem bardziej korzystnym i wynika z przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta, nie wnosząc negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**101. Pytanie:**

*Dotyczy: Część 3 – Łóżka szpitalne – 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające bezpieczne obciążenie robocze 310 kg bez konieczności stosowania systemu elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia obciążenia? Oferowane bezpieczne obciążenie jest znacznie lepsze, niż wymagane przez Zamawiającego, a tym samym parametr wymagany w pkt. 30 nie będzie konieczny.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**102. Pytanie:**

*Część 2*

*Czy Zamawiający dopuści 7 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia (dot. pakietu nr 2, 3, 8, 11)?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Wymagany termin wykonania całego zamówienia: dla części 2 i 3 zamówienia - 49 dni od dnia zawarcia umowy (przy uwzględnieniu § 4 ust. 1 wzoru umowy).**

**Wykonawcy są zobowiązani wraz z ofertą złożyć wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione poprawiony Formularz ofert.**

**103. Pytanie:**

*Część 2*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 215 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**104. Pytanie:**

*Część 2*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 380-810 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**105. Pytanie:**

*Część 2*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami tworzywowymi o grubości 1,5 cm, co jest parametrem wystarczającym aby zapewnić sztywność leża np. do przeprowadzenia reanimacji?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**106.Pytanie:**

*Część 2*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autokonturu oraz autoregresją tylko segmentu pleców, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**107.Pytanie:**

*Część 2*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko bez odłączenia wszelkich regulacji po ok. 3 minutach, co jest parametrem zbędnym?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**108.Pytanie:**

*Część 2*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko bez systemu elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**109.Pytanie:**

*Część 3*

*Czy Zamawiający dopuści 7 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia (dot. pakietu nr 2, 3, 8, 11)?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Wymagany termin wykonania całego zamówienia: dla części 2 i 3 zamówienia - 49 dni od dnia zawarcia umowy (przy uwzględnieniu § 4 ust. 1 wzoru umowy).**

**Wykonawcy są zobowiązani wraz z oferta złożyć wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione poprawiony Formularz ofert.**

**110.Pytanie:**

*Część 3*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 215 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**111.Pytanie:**

*Część 3*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 380-810 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**112.Pytanie:**

*Część 3*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami tworzywowymi o grubości 1,5 cm, co jest parametrem wystarczającym aby zapewnić sztywność leża np. do przeprowadzenia reanimacji?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**113.Pytanie:**

*Część 3*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autokonturu oraz autoregresją tylko segmentu pleców, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**114.Pytanie:**

*Część 3*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko bez odłączenia wszelkich regulacji po ok. 3 minutach, co jest parametrem zbędnym?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**115.Pytanie:**

*Część 3*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko bez systemu elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**116.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści stół z blatem o długości 2000 mm, który to parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**117.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości na poziomie 650-1100 mm, które to rozwiązanie jest korzystniejsze od oczekiwanego?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**118.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją oparcia pleców w zakresie -45 ° do +80 °, które to parametry nieznacznie różnią się od oczekiwanego?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**119.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podglówka w zakresie +30 ° do -45 °, które to parametry nieznacznie różnią się od oczekiwanego?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**120.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją kąta Trendelenburga na poziomie 35 °, który to parametr jest korzystniejszy od oczekiwanego?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**121.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją kąta anty- Trendelenburga na poziomie 35 °, który to parametr jest korzystniejszy od oczekiwanego?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**122.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją kąta odchylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej w zakresie -90 ° do +30 °, które to rozwiązanie jest korzystniejsze od oczekiwanego?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**123.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści stół z funkcją przesuwu wzdłużnego blatu 320 mm, które to rozwiązanie jest korzystniejsze od oczekiwanego?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**124.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny o podstawie w kształcie prostokąta, lekko uniesionej, umożliwiającej wsunięcie nóg operatora?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**125.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści stół z segmentem podglówka i podnóżka regulowanym za pomocą sprężyny gazowej, a segment pleców regulowany za pomocą siłowników elektrycznych, co jest rozwiązaniem korzystniejszym od oczekiwanego?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**126.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Wyposażenie:*

*Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w półwałek wykonany z pianki poliuretanowej o wymiarach 100 x 200 x 500?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**127.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Wyposażenie:*

*Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w walek podporowy montowany do listew bocznych stołu o wymiarach  $\varnothing$  80mm, długość 250 mm?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**128.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Wyposażenie:*

*Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w podpory pod nogi zamiast podpórki prętowej? Proponowane rozwiązanie ma zastosowanie tożsame z oczekiwanym?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**129.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Wyposażenie:*

*Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w przystawkę z zakresem regulacji wysokości wysięgnika aparatu naciągowego 400 mm, który to parametr jest korzystniejszy od oczekiwanego?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**130.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Wyposażenie:*

*Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w przystawkę z rozstawem pomiędzy wałkiem oporowym aparatem naciągowym w zakresie 450-1000 mm?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**131.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Wyposażenie:*

*Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w przystawkę z wysuwem śruby aparatu naciągowego do 150 mm?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**132.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Wózek do przewożenia chorych :*

*Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej z 810 mm, który to parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

---

**W przypadku zaofierowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**133.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Wózek do przewożenia chorych :*

*Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2040 mm, który to parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaofierowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**134.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Wózek do przewożenia chorych :*

*Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materac o wymiarach 1910x730x100 mm?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaofierowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**135.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Wózek do przewożenia chorych :*

*Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości leża w zakresie 590-910 mm?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaofierowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**136.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Wózek do przewożenia chorych :*

*Czy Zamawiający dopuści wózek, którego leże unoszone jest poprzez naciskanie jednej dźwigni nożnej pompy hydraulicznej, co jest rozwiązaniem korzystniejszym od oczekiwanego?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaofierowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**137.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Wózek do przewożenia chorych :*

*Czy Zamawiający dopuści wózek, którego leże opuszczane jest poprzez równoczesne naciskanie dwóch dźwigni nożnych pomp hydraulicznych?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaofierowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**138.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Wózek do przewożenia chorych :*

*Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji z hartowanej galwanizowanej?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

W przypadku zaferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów).

**139.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Wózek do przewożenia chorych :*

*Czy Zamawiający dopuści wózek, którego konstrukcja oparta jest na dwóch kolumnach?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

W przypadku zaferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów).

**140.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Wózek do przewożenia chorych :*

*Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w tunel na kasetę RTG z możliwością zamontowania kasety na całej długości wózka?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

W przypadku zaferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.

**141.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Wózek do przewożenia chorych :*

*Czy Zamawiający dopuści wózek, którego podstawa osłonięta jest tworzywową obudową z wyprofilowanym pojemnikiem na butlę z tlenem, czy też osobiste rzeczy pacjenta, bez konieczności stosowania odejmowanego kosza, co jest rozwiązaniem korzystniejszym z uwagi na łatwość dezynfekcji i mniejszą ilość trudnodostępnych miejsc?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

W przypadku zaferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.

**142.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Wózek do przewożenia chorych :*

*Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony tylko w listwy odbojowe, które w pełni chronią wózek i ściany przed otarciami i uszkodzeniami?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

W przypadku zaferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.

**143.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Wózek do przewożenia chorych :*

*Czy Zamawiający dopuści wózek z pozycja Trendelenburga i anty- Trendelenburga uzyskiwanymi hydraulicznie poprzez naciskanie dźwigni nożnej pompy hydraulicznej?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

W przypadku zaferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.

**144.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Wózek do przewożenia chorych :*

*Czy Zamawiający dopuści wózek bez możliwości przesuwu poprzecznego leża?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**145.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Wózek do przewożenia chorych :*

*Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne lakierowane proszkowo, składane poniżej poziomu ramy leża, chroniące pacjenta na całej długości leża, nie wystające poza obrys odbojów?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**146.Pytanie:**

*Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Wózek do przewożenia chorych :*

*15. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne w pełni chroniące pacjenta na całej długości leża, bezstandardowych szczytów, gdyż ich zastosowanie może spowodować utrudnienie dostępu do pacjenta np. przy akcji reanimacyjnej?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**147.Pytanie:**

*Cześć 2- Łóżka szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający w punkcie 9 popełnił omyłkę pisarską i ma na myśli regulację elektryczną segmentu uda w zakresie 40 ° (+/- 5 °)? Prosimy o sprostowanie.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza i dokonuje poprawienia załącznika do umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**Poprawiony załącznik stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi.**

**Wykonawcy są zobowiązani wraz z oferta złożyć wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione poprawiony załącznik do wzoru umowy.**

**148.Pytanie:**

*Cześć 2- Łóżka szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu nożnego w zakresie 34 °, który to parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**149.Pytanie:**

*Cześć 3- Łóżka szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający w punkcie 9 popełnił omyłkę pisarską i ma na myśli regulację elektryczną segmentu uda w zakresie 40 ° (+/- 5 °)? Prosimy o sprostowanie*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza i dokonuje poprawienia załącznika do umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**Poprawiony załącznik stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi.**



---

**Wykonawcy są zobowiązani wraz z oferta złożyć wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione poprawiony załącznik do wzoru umowy.**

**150.Pytanie:**

*Część 3- Łóżka szpitalne 3 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu nożnego w zakresie 34 °, który to parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**151.Pytanie:**

*Dotyczy Części 1 Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1szt. Wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z alternatywnym napędem obsługiwany panelem bocznym umieszczonym na kolumnie stołu?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgodę.**

**152.Pytanie:**

*Dotyczy Części 1 Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1szt. Wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny o długości z blatem 2100m?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**153.Pytanie:**

*Dotyczy Części 1 Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1szt. Wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie 780-1110 m?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**154.Pytanie:**

*Dotyczy Części 1 Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1szt. Wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z regulacją podglówka w zakresie +/-45°?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**155.Pytanie:**

*Dotyczy Części 1 Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1szt. Wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny wyposażony w walek podporowy montowany do listew bocznych stołu o wymiarach fi 80 mm i długości 300 mm?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**W przypadku zaferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie parametrów.**

**Wykreśleniu z załącznika do wzoru umowy ulega pkt 46 (omyłka pisarska).**

**156.Pytanie:**

*Dotyczy Części 1 Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1szt. Wózek do przewożenia chorych 1 szt.*

*Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny bez półwałka wykonanego z pianki poliuretanowej?*

---

**Odpowiedź:**  
Zamawiający nie wyraża zgody.

**W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany terminu wykonania zamówienia.**

**Pkt 4.8. SIWZ przyjmuje brzmienie:**

„Wymagany termin wykonania całego zamówienia:

- dla części 1 zamówienia - 70 dni od dnia zawarcia umowy (przy uwzględnieniu § 4 ust. 1 wzoru umowy);

- dla części 2 i 3 zamówienia - 49 dni od dnia zawarcia umowy (przy uwzględnieniu § 4 ust. 1 wzoru umowy)”.

**Pkt 2 Formularza oferty przyjmuje brzmienie:**

„Termin wykonania całego zamówienia:

- dla części 1 zamówienia - 70 dni od dnia zawarcia umowy (przy uwzględnieniu § 4 ust. 1 wzoru umowy);

- dla części 2 i 3 zamówienia - 49 dni od dnia zawarcia umowy (przy uwzględnieniu § 4 ust. 1 wzoru umowy)”.

**POPRAWIONY FORMULARZ OFERTY (Załącznik nr 1 do specyfikacji) stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi – Wykonawcy są zobowiązani złożyć poprawiony FORMULARZ OFERTY WRAZ Z OFERTA.**

**POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK DO WZORU UMOWY stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi.**

**Uwaga. W przypadkach gdzie Zamawiający wyraził zgodę, a nie uwzględnił odpowiedzi w poprawionym załączniku – Wykonawca samodzielnie dopisuje modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja na temat dopuszczenia przez Zamawiającego rozwiązania proponowanego przez Wykonawcę).**

**Wykonawcy są zobowiązani złożyć poprawiony ZAŁĄCZNIK DO WZORU UMOWY WRAZ Z OFERTA.**

**W DNIU 14 KWIETNA 2014 R. ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ PRZESUNIĘCIA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 22 KWIETNIA 2014 R – GODZINĘ 12:15**  
**Termin otwarcia ofert 22 kwietnia 2014 r. godzina 12:30.**

Zmiana terminu wykonania zamówienia została opublikowana w BZP UZP dniu 15 kwietnia 2014 r. pod numerem: 82251 - 2014.

*Dyrektor*  
*Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii*  
*mgr Teresa Zalewińska-Cieślik*

**Załącznik:**  
**- poprawiony załącznik do wzoru umowy**  
**- poprawiony Formularz oferty**