OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET (CZĘŚĆ) 1

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - 85 sztuk

Trzpień:
bezkołnierzowy, uniwersalny, nieanatomiczny, pokryty porowatym tytanem i hydroksy apatytem, w co najmniej 10 rozmiarach, stożek 12/14, dostępność trzpienia lateralizowanego /offset/

Głowa:
o średnicy 28, 32 i 36 tytanowa pokryta okładziną ceramiczną, w co najmniej czterech długościach szyjki

Panewka:
Bezcementowa, zewnętrznie porowata, tytanowa,
w kształcie hemisfery /spłaszczonej hemisfery typu press-fit, z możliwością zastosowania 3 śrub, średnica
zewnętrzna panewki co najmniej od 46 do 68 mm, i panewka wkręcana o rozmiarach co najmniej jak wyżej, możliwość użycia do trzech śrub

Śruby
tytanowe o długościach od 20 do 45 mm, skok co 5 mm, 3 śruby do zestawu,

Wkład:
polietylenowy, o wysokiej gęstości, z offsetem i bez offsetu.

Zamawiający wymaga dodatkowo:
- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/,
- kompletnego zestawu fabrycznie nowego instrumentarium w kontenerach niewymagających dodatkowego opakowania sterylizacyjnego,
- do każdego zabiegu jednego ostrza do piły,
- napęd elektryczny na czas trwania umowy,
- uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty wszczepu.

PAKIET (CZĘŚĆ) 2

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego – 85 sztuk

Trzpień:
bezkołnierzowy, uniwersalny, nieanatomiczny, tytanowy o porowatej powierzchni , oraz opcjonalnie trzpień pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w co najmniej 10 rozmiarach, stożek 12/14, w dwóch wersjach kata szyjkowo-trzonowego 130 i 125 stopni

Głowa:
o średnicy 28, 32 i 36 ceramiczna , w co najmniej trzech długościach szyjki, dodatkowo głowa „mała" 24mm metalowa w trzech długościach szyjki

Panewka
bezcementowa , Press-fit, zewnętrznie porowata, tytanowa napylana hydroxyapatytem średnica zewnętrzna panewki co najmniej od 46 do 68 mm, z wcieciem mediocaudalnym chroniącym mieśnie i nerw udowy oraz zwiekszającym zakres ruchu, możliwość użycia do trzech śrub

Śruby -
tytanowe o średnicy 6,5mm i długościach od 15 do 40 mm, skok co 5 mm, 3 śruby do zestawu

Zamawiający wymaga dodatkowo:
- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/,
- kompletnego zestawu fabrycznie nowego instrumentarium w kontenerach niewymagających dodatkowego opakowania sterylizacyjnego,
- do każdego zabiegu jednego ostrza do piły,
- napęd elektryczny na czas trwania umowy,
- uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty wszczepu.