SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

tel. centrala: (+48 12) 428 73 00
tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04
fax: (+48 12) 425-12-28
e-mail: office@kcr.pl
http://www.kcr.pl

NIP: 677-17-03-375
PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

Nr sprawy A.I. 271-18/12

Kraków, 16 marca 2012 r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę zestawów do autotransfuzji krwi

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
A.I. 271-18/12

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej.

Pakiet nr 1 poz. 1

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stosowanego uprzednio w Państwa Placówce z powodzeniem zestawu do autotransfuzji krwi firmy Unomedical – Convatec HandyVac ATS będącego z punktu widzenia mikrobiologicznego systemem zamkniętym, gwarantującym pełne bezpieczeństwo pacjenta, co znajduje między innymi potwierdzenie w dziesiątkach tysięcy procedur autotransfuzji wykonanych w przeciągu kilku ostatnich lat w Polsce bez żadnych powikłań ze strony pacjentów.
   W skład zestawu wchodzą: 2 dreny Redona z trokami, mieszek o pojemności 125 ml z zastawką antyzwrotną, worek na krew o pojemności 700 ml, specjalna linia do przetoczeń umożliwiająca bezpieczne przetoczenie zebranej krwi pacjentowi, zapewniająca ochronę przed powikłaniami zatorowymi oraz odczynami gorączkowymi oraz dwa worki (jeden do drenażu, a drugi worek dodatkowy na krew). Doskonale znana i wielokrotnie wykonywana przez Zamawiającego procedura autotransfuzji obejmuje wymianę elementów poza blokiem operacyjnym w sposób gwarantujący absolutnie pewne utrzymanie jałowości wnętrza systemu i bezpieczeństwo pacjenta (system wielokrotnych zabezpieczeń w postaci zastawek jałowych korków i klamer zaciskowych)
   Odpowiedź:
   Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że zaoferowany zestaw posiada układ zapewniający pracę w systemie całkowicie zamkniętym, bez konieczności rozłączania, a przede wszystkim przyłączania nowych elementów systemu w trakcie pracy – poza sterylnymi warunkami Sali operacyjnej (z wyjątkiem zastawu do przetoczenia zebranej krwi) oraz worek do drenażu do 48 godz. od zabiegu. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa).

2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby w celu ochrony krwinek czerwonych przed nadmierną hemolizą (prewencja powikłań gorączkowych), dreny Redona posiadały heliakalny układ dużych owalnych otworów perforacji?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Jednocześnie w związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać nie później niż do dnia **21 marca 2012 r. godz. 10:00.** na adres: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, w Sekretariacie.
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7^{30} – 15^{00}. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **21 marca 2012 r. o godz. 10:15** w budynku Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4, Administracja.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

p.o Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Jerzy Mirosław Jaworski