A.I-24-2-7/16 Kraków, dnia 12 września 2016 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

I.

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na „ Zakup i dostawę urządzeń medycznych dla DDOM”

Zadanie 2: Stół do masażu:

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści urządzenie z łatwą regulacją zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie -70^0 - +40^0?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści urządzenie z systemem elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu w zakresie od 52 do 103 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści urządzenie z elektryczną regulacją części środkowej stołu z możliwością ustawienia do pozycji Pivota (+24^0)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści urządzenie z regulacją części tylnej stołu za pomocą sprężyny gazowej do 90^0?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach leżyska 64 x 205 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści urządzenie z dopuszczalnym obciążeniem do 200 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści urządzenie z systemem zabezpieczającym przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w dwa magnetyczne klucze dostępu zamiast wtyczki z zabezpieczeniem przed wzrostem napięcia elektrycznego w przypadku przecięcia kabla?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Zadanie 3: Aparat do ultradźwięków:

Pytanie:
Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (wys. x szer. x dł.) 335 x 270 x 125 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie:
Czy zamawiający dopuści urządzenie o masie 2,3 kg?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie:
Czy zamawiający dopuści urządzenie, którego sterowanie odbywa się za pomocą przycisków zlokalizowanych po obu stronach ekranu LCD?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie:
Czy zamawiający dopuści urządzenie współpracujące z trzema różnymi, dwuczęstotliwościowymi (1 i 3,3 MHz) głowicami o powierzchni 1 cm^2, 5 cm^2 i 10 cm^2?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie:
Czy zamawiający dopuści urządzenie z dziesięcioma programami własnymi użytkownika oraz dziesięcioma procedurami terapeutycznymi?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza
Pytanie:
Czy zamawiający dopuści urządzenie z dwoma częstotliwościami roboczymi 1, 3,3 MHz?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie:
Czy zamawiający dopuści urządzenie o mocy ciągłej 2,5 W/cm^2 i o mocy impulsowej w szczycie 3 W/cm^2?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie:
Czy zamawiający dopuści urządzenie o wypełnieniu impulsów 10%, 20%, 50%, 100%?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie:
Czy zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości współpracy z aparatami do elektroterapii?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie:
Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w głowicę ultradźwiękową dwuczęstotliwościową 1 i 3,3 MHz – 5 cm^2 oraz głowicę ultradźwiękową dwuczęstotliwościową 1 i 3,3 MHz – 1 cm^2?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

Zadanie 4: Lampa do terapii promieniowaniem IR:
Pytanie:
Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 74 x 48 x 176 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie:
Czy zamawiający dopuści urządzenie o masie około 30 kg?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

Zadanie 6: Rotor kończyn dolnych:
Pytanie:
Czy zamawiający dopuści urządzenie z zakresem prędkości w granicach 10 – 90 RPM?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie:
Czy zamawiający dopuści urządzenie o programowalnym czasie zabiegu w zakresie 1 – 99 minut?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie:
Czy zamawiający dopuści urządzenie o wadze netto 34 kg?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

Zadanie 7: Stół rehabilitacyjny:

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści urządzenie z systemem elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści urządzenie z możliwością łatwej regulacji zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie -70^0 - $+40^0$?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści urządzenie o regulacji wysokości w zakresie 50 – 101 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (dł. x szer.) 202 x 64 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Zadanie 8: Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego wraz z osprzętem:

Pytanie:

Czy zamawiający w ramach urządzenia opisanego w zadaniu 8 dopuści urządzenie równoważne o poniższych parametrach:

System Redcord Workstation Professional z 2 aparatami i konstrukcją sufitową:

- Konstrukcja sufitowa o wymiarach maks. 180 cm dł. x 77 szer. cm wykonana z aluminium z dwoma trawersami
- Konstrukcja mocowana do stropu minimalnie czteropunktowo dla zwiększenia sztywności podczas jej pracy. Na każdą prowadnicę powinny przypadać przynajmniej dwie nogi mocujące
- Trawersy suwane po prowadnicach na podkładkach teflonowych, które zapewniają trwałość i są odporne na ścieranie
- Trawersy wyposażone w hamulec blokowany i zwalniany za pomocą linki, mogący być obsługiwany jedną ręką
- Aparaty wieszane na trawersach zdejmowalne i mobilne do zawieszenia na innym punkcie mocującym
- Liczba aparatów dostarczonych z zestawem do zwieszenia na trawersach
- Konstrukcja przeznaczona dla sufitów o wysokości do 360 cm
- Osprzęt minimalny: uchwyt do rąk x 2 pary, podwieszka szeroka x 2, wzmocniony uchwyt do rąk x 1 para, podwieszka wąska x 2, podwieszka dzielona x 1, wałek 15x50 x 1, poduszka sensomotoryczna x 2, linka 5m x 2, linka, czerwona, 60 cm x 1 para, linka, czerwona, 30 cm x 1 para, linka elastyczna, czarna, 60 cm x 1 para, linka elastyczna, czarna, 30 cm x 1 para, linka elastyczna, czerwona 60 cm x 1 para, linka elastyczna, czerwona 30 cm x 1 para, zwalniacz linki x 1, wieszak na podwieszki i linki x 1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Zadanie 10: Defibrylator 1 szt.
Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nowoczesny defibrylator półautomatyczny o właściwościach:

- półautomatyczny tryb pracy,
- dwufazowy asynchroniczny impuls defibrylacyjny,
- technologia defibrylacji prądem o fali dwufazowej trapezoidalnej z kompensacją zależną od impedancji pacjenta,
- protokół energetyczny od 150 do 360 J dla dorosłych i od 40 do 90 J w trybie dla dzieci,
- możliwość zaprogramowania energii pierwszych trzech wyładowań w zakresie do 150 do 360 J oraz od 40 do 90 J,
- dostępne 9 różnych poziomów energii do zaprogramowania,
- dokładność energii wyjściowej (około 50 Ohm) +/- 15% ,
- zakres impedancji pacjenta w zakresie od 25 do 300 omów,
- automatyczna analiza rytmu;
- komunikacja i podpowiedzi w języku polskim;
- proste i łatwe do zrozumienia instrukcja słowne;
- asystent CPR - w postaci prostych prezentacji podpowiada krok po kroku wszystkie etapy udzielania pierwszej pomocy, idealne rozwiązanie również dla osób niesłyszących
- wskaźnik poprawności wykonywania częstotliwości uciskania klatki piersiowej nie wymagający dodatkowych czujników
- czas ładowania wstrząsu: poniżej 5 sekund do wartości 200J, poniżej 7 sekund do wartości 360J
- wymiary: 100 mm x 290 mm x 245 mm
- waga: 2,9 kg
- zasilanie bateryjne (akumulatorowe-opcja);
- zasilanie bateryjne wystarczające na minimum 270 defibrylacji z maksymalną energią
- ponad 340 minut monitorowania
- system wykrywania ruchu podczas analizy EKG
- wyposażony w dwa przyciski główne i 3 pomocnicze;
- uruchomienie urządzenia po naciśnięciu przycisku - włącz;
- pamięć wewnętrzna, min. 4 GB
- zapis 10 epizodów po 12 godzin
- przenoszenie zapisu za pomocą pamięci typu pen drive, port USB
- wstrząsoodporna konstrukcja;
- czytelny i duży, kolorowy wyświetlacz LCD 5.7”;
- monitor o wysokiej rozdzielczości;

- wbudowany system autokontroli;
- spełnia normę odporności IP55
- urządzenie wyposażone w torbę sztywną, stanowiącą również element ochronny, posiadającą kieszeń na minimum 2 elektrody oraz uchwyt do przenoszenia;
- urządzenie wyposażone w dwie pary elektrod samoprzylepnych
- natychmiastowa gotowość do pracy
- gwarancja 5 lat
- możliwość aktualizacji oprogramowania w przypadku zmiany wytycznych na zasadzie wgrania nowego oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia lub odsyłania do producenta;
- zestaw AED: maseczka do sztucznego oddychania, nożyczki, rękawiczki jednorazowe, golarka
- pozostałe warunki urządzenie spełnia

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie:
Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator AED był wyposażony
w asystenta pomagającego podczas AED wg wytycznych 2015 ERC za pomocą prostych animacji na ekranie defibrylatora i komend w j. polskim? Taki sposób przekazu w sposób jasny i precyzyjny prowadzi osobę ratującą przez cały schemat udzielania pierwszej pomocy. Wprowadza to wysoki standard i niezawodność w akcji ratunkowych eliminując ewentualne błędy i pomagając osobom niezdecydowanym lub nie posiadającym wiedzy z udzielania pierwszej pomocy.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
Pytanie:
Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator AED był wyposażony
w duży, kolorowy wyświetlacz o przekątnej minimum 5,7”?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
Pytanie:
Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator AED był wyposażony
w wskaźnik poprawności wykonywania częstotliwości ucisku klatki piersiowej bez dodatkowych czujników?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Dyrektor
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
mgr Teresa Zalewińska-Cieślik