



SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

tel. centrala: (+48 12) 428 73 00

tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04

fax: (+48 12) 425-12-28

e-mail: office@kcr.pl

http://www.kcr.pl

NIP: 677-17-03-375

PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

Kraków, 12 września 2011 r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę urządzeń medycznych: łóżek szpitalnych oraz szpitalnych szafek przyłóżkowych. Znak A.I. 271-33/11.

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU

A.I. 271-33/11

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej:

Pytanie 1:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów punktu 9 i 10 tabeli technicznej gdzie w obu wierszach zamieszczono zapisy dotyczące określenia szerokości zewnętrznej łóżka o różnych tolerancjach ? Prosimy o określenie jakiej szerokości łóżka Zamawiający wymaga

Odpowiedź

W załączniku nr 5 – część 1 punkt 9 określa długość zewnętrzną łóżka natomiast punkt 10 określa szerokość zewnętrzną łóżka. W załączniku do umowy nastąpiła oczywista pomyłka pisarska w punkcie 9 (część 1), który powinien brzmieć:

długość zewnętrzna łóżka – 2100mm (+/-100mm)

oraz w punkcie 10 (część 1), który powinien brzmieć:

szerokość zewnętrzna łóżka – 1010mm (+/-110mm)

Zamawiający poprawia załącznik do umowy. Zastępując dotychczasowy załącznik poprawionym załącznikiem 3 do umowy.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe o wymiarach:

Długość 430 mm oraz szerokość 420 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe o wymiarze blatu:

Długość 430 mm oraz szerokość 420 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

ZALĄCZNIK:

- *Poprawiony 3 załącznik do umowy*

Z poważaniem

Mgr Teresa Zalewińska – Cieślik

Dyrektor Krakowskiego Centrum Rehabilitacji