



SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

tel. centrala: (+48 12) 428 73 00
tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04
fax: (+48 12) 425-12-28

e-mail: office@kcr.pl
http://www.kcr.pl

NIP: 677-17-03-375

PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

Kraków, 21 lutego 2011 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu na „Dostawę endoprotez”.
Post. nr A.I. 271-3/11.

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU A.I. 271-3/11

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej.

Pytanie 1

„Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian w zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do s.i.w.z., poprzez dodanie zapisów o treści:

Szkolenia:

1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.
2. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.
3. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.
4. Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym i artroskopowym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.
5. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.
6. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę
7. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę.
8. Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:
 - a) nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,
 - b) datę i miejsce ich przeprowadzenia,
 - c) imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,

- d) Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,
- e) czas trwania poszczególnych szkoleń.”

Odpowiedź do pytanie

Zamawiający określa treść załącznika nr 3 do wzoru umowy zgodnie z propozycją Wykonawcy. Załącznik zostaje zamieszczony na stronie Zamawiającego pod niniejszymi odpowiedziami.

Pytanie 2

„Pytanie do pakietu nr 2. Czy Zamawiający dopuści endoprotezę przynasadową według poniższego opisu?

- Trzpień tzw. krótki (short stem), tytanowy, beczementowy, posiadający kształt klina zwężający się dystalnie, bez kołnierza w minimum 11 rozmiarach standardowych oraz dodatkowych 11 z offsetem lateralnym, pokryty tytanową okładziną porowatą napyłoną próżniowo. Stożek 12/14

- Implant głowy przeznaczony do artkulacji metal/metal rosnący, składający się z dwóch elementów: komponentu szyjki w 7 długościach i komponentu głowy o średnicy od 38mm do 60mm ze skokiem co 2mm.

Komponent panewki typu press-fit, o średnicy zewnętrznej od 44mm do 66mm ze skokiem co 2mm przeznaczony do implantacji beczementowej, posiadający skrzydełka antyrotacyjne”

Odpowiedź do pytanie 2

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zgodnie z opisem Wykonawcy dla pakietu nr 2.

Pytanie 3

„Pytanie do pakietu nr 4. Czy Zamawiający dopuści endoprotezę przynasadową według poniższego opisu?

- Trzpień tzw. krótki (short stem), tytanowy, beczementowy, posiadający kształt klina zwężający się dystalnie, bez kołnierza w minimum 11 rozmiarach standardowych oraz dodatkowych 11 z offsetem lateralnym, pokryty tytanową okładziną porowatą napyłoną próżniowo. Stożek 12/14

- głowę metalową rosnącą 28, 32, 36mm

- wkładkę polietylenową z antyutleniaczem wykonaną z polietylenu o wytrzymałości na ścieranie zbliżonej do ścieralności ceramiki, przystosowaną do implantowania głów rosnących (28, 32, 36mm). Możliwość zastosowania wkładek bez offsetu, z ofsetem 10 stopni lub HiWall

- panewkę beczementową typu Press-fit wykonana ze stopu tytanu, w rozmiarach od 44mm do 64mm ze skokiem co 2 mm, pokryta tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Kształt panewki hemisferyczny, ze spłaszczeniem w dnie i nadbudową na obrąbku (wzmacniającą stabilizację implantu). Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. W zestawie zaślepka do otworu montażowego.

Odpowiedź do pytanie 3

Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty zgodnie z opisem Wykonawcy, ze względu na brak wersji anatomicznej.

Pytanie 4

Pytanie do pakietu nr 6. Czy Zamawiający dopuści wkładkę polietylenową tylko w wersji CR i PS?

Odpowiedź do pytanie 4

Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty zgodnie z opisem Wykonawcy, ze względu na brak wersji typu MB.

Pytanie 5

Pytanie do pakietu nr 7. Czy Zamawiający dopuści endoprotezę stawu kolanowego według poniższego opisu:

Komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu metalowego w 5 rozmiarach w opcji CR i PS? Komponent puszczelowy wykonany ze stopu CoCR w 5 rozmiarach. Wkładka

polietylenowa w 4 grubościach w wersjach CR i PS? Rzepka w 3 rozmiarach. Cement 2 x 40 g z gentamycyna?

W przypadku konieczności użycia trzpieni udowych lub piszczelowych oraz podkładek, dostarczana byłaby na życzenie wersja rewizyjna systemu.

Odpowiedź do pytanie 5

Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty zgodnie z opisem Wykonawcy, ze względu na brak wersji typu MB.

Pytanie 6

Pytanie do pakietu nr 15. Czy dla zachowania zasad uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści w pakiecie nr 15 implant do rekonstrukcji łąkotki spełniający kryteria opisu lecz o innej nazwie handlowej?

Odpowiedź do pytanie 6

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Dyrektor

mgr Teresa Zalewińska-Cieślik

Dyrektor
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

mgr Teresa Zalewińska-Cieślik

Załącznik:

- załącznik nr 3 do wzoru umowy

SZKOLENIA

W cenie oferty Wykonawca uwzględnił koszt przeszkolenia personelu (lekarzy i instrumentariuszki) – osoby wskazane przez Zamawiającego

1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.
2. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.
3. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.
4. Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym i artroskopowym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.
5. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.
6. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę.
7. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę.
8. Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:
 - a) nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,
 - b) datę i miejsce ich przeprowadzenia,
 - c) imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,
 - d) Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,
 - e) czas trwania poszczególnych szkoleń.

Zamawiający

Wykonawca

Don