



NIP: 677-17-03-375

REGON: 351194736

KRS: 0000038598

KSIĘGA REJESTROWA  
000000005614

Oznaczenie organu: W-12

tel. sekretariat: (12) 428 73 04

fax: (12) 425 12 28

**tel. oddziały:**Chirurgii Urazowej, Ortopedii  
i Rehabilitacji:  
(+48 12) 428 73 08Rehabilitacji z Pododdziałami:  
Rehabilitacji Diennej i Rehabilitacji  
Neurologicznej  
(+48 12) 428 73 38**tel. poradnie:**Urazowo-Ortopedyczna:  
(+48 12) 428 73 02Rehabilitacyjna:  
(+48 12) 428 73 03Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03**tel. pracownie:**Diagnostyki Obrazowej  
(+48 12) 428 73 17e-mail: office@kcr.pl  
http://www.kcr.plPKO BANK POLSKI S.A.  
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

Norma ISO 9001

Wsparcie procesu akredytacji  
Zakładów Opieki ZdrowotnejCertyfikat Systemu Zarządzania  
Przeciwdziałanie Zagrożeniom  
Korupcyjnym

Kraków, 13 sierpnia 2012 r.

**WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU**

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu na „Dostawę endoprotez”. Post. nr A.I. 271-36/12.**  
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej.

**Pytanie**

„Dotyczy przedmiotu zamówienia – część 1

1. Czy Zamawiający dopuści poniższy system:

System endoprotez poresekcyjnych, modułarny, umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Umożliwiający resekcję od ½ bliższej piszczeli do nasady bliższej kości udowej (z endoprotezoplastyką biodra włącznie). Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowej. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne komponenty zastępującego nasadę bliższą kości udowej.

Dla pełniejszego zilustrowania różnych wariantów tego systemu w części dalszej przedstawiam różne kompozycje i zestawienia w zależności od rodzaju i poziomu resekcji:

a) Komponenty poresekcyjne całkowite, część udowa stawu kolanowego.

- 7 cm LT/7 cm RT

b) Komponenty polietylenowe wkładki w rozmiarach 12 mm; 14mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm;

c) Elementy służące do związania endoprotezy.

- polietylenowe łorzysko komponentu piszczelowego

- polietylenowe łorzyska komponentu udowego

- blokada

- jarzmo CoCr

- oś

d) Komponenty odtwarzające powierzchnię piszczeli:

- Taca piszczelowa modułarna krótka: 67 mm; 71 mm; 75 mm; 79 mm; 83 mm;

e) Trzpienie dystalne, bezcementowe, krótkie-proste. O długości: 90 mm i średnicach: 10,5 mm do 19,5 mm ze skokiem co 1 mm.

f) Trzpienie dystalne, cementowane, krótkie-proste. O długości: 90 mm i średnicach: 9 mm do 17 mm ze skokiem co 1 mm.

g) Trzpienie dystalne, bezcementowe, anatomiczne. O długości: 150 mm i średnicach: 12,5 mm do 22,5 mm ze skokiem co 1 mm.

h) Trzpienie dystalne, cementowane, anatomiczne. O długości: 150 mm i średnicach: 11 mm do 22 mm ze skokiem co 1 mm.

oraz

- Puls lavage

- Jedno ostrze do piły do każdego zabiegu”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie**

„Dotyczy przedmiotu zamówienia – część 1

Czy ze względu na małe ilości przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuści dostawę implantów w formie LoanerSet, tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.



NIP: 677-17-03-375

REGON: 351194736

KRS: 0000038598

KSIĘGA REJESTROWA  
000000005614

Oznaczenie organu: W-12

tel. sekretariat: (12) 428 73 04

fax: (12) 425 12 28


tel. oddziały:

Chirurgii Urazowej, Ortopedii  
i Rehabilitacji:  
(+48 12) 428 73 08Rehabilitacji z Pododdziałami:  
Rehabilitacji Diennej i Rehabilitacji  
Neurologicznej  
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:

Urazowo-Ortopedyczna:  
(+48 12) 428 73 02Rehabilitacyjna:  
(+48 12) 428 73 03Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownicy:

Diagnostyki Obrazowej  
(+48 12) 428 73 17e-mail: office@kcr.pl  
http://www.kcr.plPKO BANK POLSKI S.A.  
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

Norma ISO 9001

Wsparcie procesu akredytacji  
Zakładów Opieki ZdrowotnejCertyfikat Systemu Zarządzania  
Przeciwdziałanie Zagrożeniom  
Korupcyjnym**Pytanie**

„Dotyczy przedmiotu zamówienia – część 3

1. Czy w części trzeciej zamawiający dopuści system:

System endoprotez poresekcyjnych, modułowy, umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Umożliwiający resekcję od ½ bliższej piszczeli do nasady bliższej kości udowej (z endoprotezoplastyką biodra włącznie). Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowej. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne komponenty zastępujące nasadę bliższą kości udowej.

Dla pełniejszego zilustrowania różnych wariantów tego systemu w części dalszej przedstawiam różne kompozycje i zestawienia w zależności od rodzaju i poziomu resekcji:

Resekcja nasady bliższej kości udowej (endoproteza stawu biodrowego bez komponentu głowy i panewki).

a) Komponenty poresekcyjne części bliższej stawu biodrowego

- komponent proksymalny 7 cm RT
- komponent proksymalny 7 cm LT
- komponent proksymalny z krętarzem 7 cm RT
- komponent proksymalny z krętarzem 7 cm LT

b) Segmenty poresekcyjne trzonu kości w rozmiarach: 30 mm – eliptyczny oraz od: 30 mm do 230 mm standardowy,

c) Trzpienie dystalne, bezcementowe, krótkie-proste. O długości: 90 mm i średnicach: 10,5 mm do 19,5 mm ze skokiem co 1 mm.

d) Trzpienie dystalne, cementowane, krótkie-proste. O długości: 90 mm i średnicach: 9 mm do 17 mm ze skokiem co 1 mm.

e) Trzpienie dystalne, bezcementowe, anatomiczne. O długości: 150 mm i średnicach: 12,5 mm do 22,5 mm ze skokiem co 1 mm.

f) Trzpienie dystalne, cementowane, anatomiczne. O długości: 150 mm i średnicach: 11 mm do 22 mm ze skokiem co 1 mm.

g) Trzpienie dystalne, bezcementowe, anatomiczne. O długości: 225 mm i średnicach: 12,5 mm; 14,5 mm; 16,5 mm; 18,5 mm.

h) Trzpienie dystalne, cementowane, anatomiczne. O długości: 225 mm i średnicach: 11 mm; 13 mm; 15 mm; 17 mm.

Panewka polietylenowa cementowana z dystanserami pozwalającymi na równomierne rozłożenie cementu. Od 46 mm do 58 mm

Jedno ostrze do piły do każdego zabiegu,  
2x Cement Revision 1x40g genta+clinda.”**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie**

Czy ze względu na małe ilości przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuści dostawę implantów w formie LoanerSet, tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie**

Dotyczy zapisów SIWZ, pkt. 3.6

Zwracając uwagę iż, implanty zdeponowane u Zamawiającego podlegają bezwzględnej wymianie w przypadku utraty terminu przydatności do użycia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „Zamawiający wymaga gwarancji na okres minimum 12 miesięcy”?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie**

Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 48 godz.?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z § 4 ust. 5 wzoru umowy „Jeżeli zamówienie, o którym mowa w ust. 4 nie zawiera innego terminu, maksymalny termin realizacji zamówienia określa się na 2 dni, licząc od daty wpłynięcia zamówienia do siedziby Wykonawcy”.



NIP: 677-17-03-375

REGON: 351194736

KRS: 0000038598

KSIĘGA REJESTROWA  
000000005614

Oznaczenie organu: W-12

tel. sekretariat: (12) 428 73 04

fax: (12) 425 12 28

**tel. oddziały:**Chirurgii Urazowej, Ortopedii  
i Rehabilitacji:  
(+48 12) 428 73 08Rehabilitacji z Pododdziałami:  
Rehabilitacji Diennej i Rehabilitacji  
Neurologicznej  
(+48 12) 428 73 38**tel. poradnie:**Urazowo-Ortopedyczna:  
(+48 12) 428 73 02Rehabilitacyjna:  
(+48 12) 428 73 03Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03**tel. pracownie:**Diagnostyki Obrazowej  
(+48 12) 428 73 17e-mail: office@kcr.pl  
http://www.kcr.plPKO BANK POLSKI S.A.  
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

Norma ISO 9001

Wsparcie procesu akredytacji  
Zakładów Opieki ZdrowotnejCertyfikat Systemu Zarządzania  
Przeciwdziałaniem Zagrożeniom  
Korupcyjnym**Pytanie**

Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian w zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do siwz, poprzez dodanie zapisów o treści:

Szkolenia:

I. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.

II. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

III. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

IV. Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

V. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia

VI. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę

VII. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę.

VIII. Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:

- nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,
- datę i miejsce ich przeprowadzenia,
- imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,
- Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,
- czas trwania poszczególnych szkoleń.

**Odpowiedź**

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 6 ust. 4 wzoru umowy, który przyjmuje nowe brzmienie o następującej treści:

**„Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i użytkowania przedmiotu umowy. Zakończenie szkolenia będzie potwierdzone protokołem. Załącznik nr 2 do wzoru umowy określa zasady przeprowadzenia szkoleń. Załącznik nr 2 do wzoru umowy określa zasady przeprowadzenia szkoleń.”.****Ponadto Zamawiający dodaje brakujący załącznik nr 2 do wzoru umowy określający zasady przeprowadzenia szkoleń.****Pytanie**

Dotyczy zapisów umowy

§ 10 ust. 1 poz. c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do 10% wartości przedmiotu umowy, której mowa w § 3 ust. 1?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian (Zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu).

**Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania zawiadomienia.**

Z poważaniem

**Załącznik:****- załącznik nr 2 do wzoru umowy****Otrzymują:**

1 x adresat

1 x aa