SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

NIP: 677-17-03-375

REGON: 351194736

KRS: 0000038598

KSIĘGA REJESTROWA 000000005614

Oznaczenie organu: W-12

tel. sekretariat: (12) 428 73 04

fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:

Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami: Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji Neurologicznej`
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:

Urazowo-Ortopedyczna:
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna:

(+48 12) 428 73 03

Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownie:

Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl
http:/www.kcr.pl

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

Norma ISO 9001

Wsparcie procesu akredytacji Zakładów Opieki Zdrowotnej

Certyfikat Systemu Zarządzania Przeciwdziałanie Zagrożeniom Korupcyjnym

Kraków, 7 stycznia 2015 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie do treści siwz w postępowaniu na „Dostawę endoprotez".

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
A.I.271-96/14

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą", Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedź przedstawiamy poniżej.

Pytanie:
Dotyczy zapisów umowy
§ 4 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 48 godz.?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:
Dotyczy zapisów umowy
§ 8 ust. 1 poz. c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do 10% wartości tej części zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:
Czy Zamawiający zgodzi się aby z części nr 5 Protezy przynasadowe stawu biodrowego wydzielić Zadanie 1/ Endoprotezy przynasadowe ceramika-ceramika oraz Zadanie 2/ Protezy z trzpieniem dysplastycznym i utworzyć z nich dwie oddzielne części?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:
Czy w części nr 5 zadanie 1 Zamawiający dopuści endoprotezy przynasadowe ceramika-ceramika o następujących parametrach:
Trzpień – modularny trzpień, krótki, zakrzywiony, wykonany ze stopu tytanowego o porowatej powierzchni. W 2/3 części bliższej dodatkowo pokryty Plasma spray. Kształt trzpienia minimalizujący resekcję kości i oszczędzający tkanki miękkie w czasie implantacji. Trzpień dostępny w 10 rozmiarach.
Szyjka - modularna umożliwiająca niezależną regulację offsetu dł. kończyny i antetorsji.
Panewka – tytanowa typu press-fit o powierzchni porowatej , lita albo z możliwością dodatkowego mocowania śrubami, w rozmiarach od 44 do 68 mm.
Wkładka – ceramika Biolox Delta, o średnicy wewnętrznej 28, 32, 36 mm.
Śruby – tytanowe o długościach od 20 do 50 mm, skok co 5 mm, 3 śruby do zestawu.
Głowa – ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28, 32, 36 mm w co najmniej trzech rozmiarach
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie:
Dotyczy: Część nr 4 (protezy resekcyjne)

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

NIP: 677-17-03-375

REGON: 351194736

KRS: 0000038598

KSIĘGA REJESTROWA 000000005614 Oznaczenie organu: W-12

tel. sekretariat: (12) 428 73 04

fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:

Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami: Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji Neurologicznej`
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:

Urazowo-Ortopedyczna:
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna:

(+48 12) 428 73 03

Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownie:

Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl
http:/www.kcr.pl

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

Norma ISO 9001

Wsparcie procesu akredytacji Zakładów Opieki Zdrowotnej

Certyfikat Systemu Zarządzania Przeciwdziałanie Zagrożeniom Korupcyjnym

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający w ramach Części 4 dopuści następujące produkty:
Zadanie 1/ Proteza poresekcyjna części bliższej kości udowej.
Modularna, umożliwiająca różne poziomy resekcji co 5mm, w wersji cementowej i bezcementowej.
Komponent udowy proksymalny pozwalający na antewersję 0 i 15 stopni.
Trzpień prosty o długościach 100mm i 125mm. Średnica w części dystalnej 9-17mm (skok co 1mm) dla opcji cementowej i 10,5-18,5mm (skok co 1mm) dla opcji z porowatym tytanem (bezcementowej).
Trzpień z krzywizną o długościach 150mm i 200mm. Średnica w części dystalnej 11-17mm (skok co 1mm) dla opcji cementowej i 12,5-18,5mm (skok co 1mm) dla opcji z porowatym tytanem (bezcementowej).
Element segmentowy o długościach 25mm-125mm.
Głowa ceramiczna o średnicy 28mm lub 32mm, w trzech długościach szyjki.
Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press-fit z możliwością użycia śrub, posiadająca chropowatą okładzinę zewnętrzną. Średnica zewnętrzna panewki: 48 mm do 66 mm ze skokiem, co 2 mm.
Śruba do panewki, długość 25-65mm o średnicy 6,5mm.
Wkład wykonany z wysokiej gęstości polietylenu.
Panewka cementowa /opcjonalnie/ polietylenowa o średnicy zewnętrznej 44-58mm
Głowa bipolarna/opcjonalnie/ o podwójnej artykulacji (metal-polietylen-metal). Średnica zewnętrzna 39-65mm
Cement kostny Vacu-mix z gentamycyną 80g
Końcówki do pulse lavage – 2szt
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. Brak płynnej regulacji antywersji.

Zadanie 2/ Proteza resekcyjna dalszej części kości udowej.
Modularna, umożliwiająca śródoperacyjnie różne poziomy resekcji, co 5mm w wersji cementowej i bezcementowej.
Komponent udowy dystalny, anatomiczny, dostępny w dwóch rozmiarach XXSM (50mm) oraz XSM(60mm).
Element segmentowy o długościach 25mm-125mm.
Trzpień prosty o długościach 100mm i 125mm. Średnica w części dystalnej 9-17mm (skok co 1mm) dla opcji cementowej i 10,5-18,5mm (skok co 1mm) dla opcji z porowatym tytanem (bezcementowej). Trzpień do zastosowania z elementem udowym oraz z elementem piszczelowym (2 sztuki w komplecie).
Komponent piszczelowy proksymalny ,zapewniający zastąpienie rozległych ubytków proksymalnej kości piszczelowej
Wkładka kolanowa zawiasowa w 6 grubościach (12-23mm) dla elementu udowego XXSM oraz 9 grubościach (12-31mm) dl elementu udowego XSM
Cement kostny Vacu-mix z gentamycyną 80g
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 6 do siwz - opis przedmiotu zamówienia.
Poprawiony załącznik da części 4 zamówienia przyjmuje brzmienie:

„Część 4. Protezy resekcyjne
Zadanie 1/ Proteza poresekcyjna części bliższej kości udowej.
Modularna, umożlwiająca śródoperacyjnie różne poziomy resekcji co 2 cm, w wersji cemntowanej i bezcementowej.
Składająca się z trzpienia o różnych grubościach, heksagonalnego w przekroju, części proksymalnej w dwóch długościach 50 i 70 mm, z możliwością regulacji kąta antetorsji co 5 stopni, konus 12/14, części pośredniej w długościach 40, 60, 80, 100 mm. Całość łączona śrubą. Głowa protezowa ceramiczna/kryta ceramiką/ w 4 długościach szyjki.

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

NIP: 677-17-03-375

REGON: 351194736

KRS: 0000038598

KSIĘGA REJESTROWA 000000005614

Oznaczenie organu: W-12

tel. sekretariat: (12) 428 73 04

fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:

Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami: Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji Neurologicznej`
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:

Urazowo-Ortopedyczna:
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna:

(+48 12) 428 73 03

Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownie:

Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl
http:/www.kcr.pl

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

Norma ISO 9001

Wsparcie procesu akredytacji Zakładów Opieki Zdrowotnej

Certyfikat Systemu Zarządzania Przeciwdziałanie Zagrożeniom Korupcyjnym

Panewka protezy typu press-fit z wkładem HDPE w rozmiarach od 46 do 68 mm co 2 mm, lub cementowana w rozmiarach od 44 do 58 mm, co 2 mm. Dostępność głowy bipolarnej w rozmiarach zewnętrznych od 44 do 60 mm.
Siatka umożliwiająca doszycie tkanek miękkich o długości 300 mm i średnicy 35 i 55 mm.
Cement kostny z dwoma antybiotykami 2 x 40 g do mieszania próżniowego.
Końcówki do pulse lavage – 2 sztuki.
Zamawiający wymaga dodatkowo:

- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/,
- instrumentarium na żądanie,
- do każdego zabiegu jedno ostrze do piły,
- napęd elektryczny na czas trwania umowy,
- uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty wszczepu,
- płatności za zużyty wszczep do 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Zadanie 2/ Proteza resekcyjna dalszej części kości udowej.
Modularna, umożlwiająca śródoperacyjnie różne poziomy resekcji co 2 cm, w wersji cementowanej i bezcementowej.
Składająca się z części stawowej w dwóch rozmiarach długości, połączonej z heksagonalnym trzpieniem o różnych długościach w sposób bezpośredni lub z możliwością zastosowania części przedłużających w rozmiarach 40, 60, 80 mm, całość łączona śrubą. Część piszczelowa z trzpieniem w różnych długościach, cementowana i bezcementowa, z wkładką polietylenową. Całość łączona mechanizmem blokującym wykonanym z PEEK. Siatka umożliwiająca doszycie tkanek miękkich o długości 300 mm i średnicy 35 i 55 mm. Cement kostny z dwoma antybiotykami 2 x 40 g do mieszania próżniowego.

LUB

Zadanie 2/ Proteza resekcyjna dalszej części kości udowej.
Modularna, umożliwiająca śródoperacyjnie różne poziomy resekcji, co 5mm w wersji cementowej i bezcementowej.
Komponent udowy dystalny, anatomiczny, dostępny w dwóch rozmiarach XXSM (50mm) oraz XSM(60mm).
Element segmentowy o długościach 25mm-125mm.
Trzpień prosty o długościach 100mm i 125mm. Średnica w części dystalnej 9-17mm (skok co 1mm) dla opcji cementowej i 10,5-18,5mm (skok co 1mm) dla opcji z porowatym tytanem (bezcementowej). Trzpień do zastosowania z elementem udowym oraz z elementem piszczelowym (2 sztuki w komplecie).
Komponent piszczelowy proksymalny ,zapewniający zastąpienie rozległych ubytków proksymalnej kości piszczelowej.
Wkładka kolanowa zawiasowa w 6 grubościach (12-23mm) dla elementu udowego XXSM oraz 9 grubościach (12-31mm) dl elementu udowego XSM.
Cement kostny Vacu-mix z gentamycyną 80g."
Zamawiający wymaga dodatkowo:

- *przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/,*
- *instrumentarium na żądanie,*
- *do każdego zabiegu jedno ostrze do piły,*
- *napęd elektryczny na czas trwania umowy,*
- *uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty wszczepu,*
- *płatności za zużyty wszczep do 30 dni od dnia otrzymania faktury.*

Pytanie:
Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:
1. Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu:
„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,5 % wartości umowy"?

NIP: 677-17-03-375

REGON: 351194736

KRS: 0000038598

KSIĘGA REJESTROWA 000000005614

Oznaczenie organu: W-12

tel. sekretariat: (12) 428 73 04

fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:

Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami:
Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji Neurologicznej`
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:

Urazowo-Ortopedyczna:
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna:

(+48 12) 428 73 03

Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownie:

Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl
http:/www.kcr.pl

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

Norma ISO 9001

Wsparcie procesu akredytacji Zakładów Opieki Zdrowotnej

Certyfikat Systemu Zarządzania Przeciwdziałanie Zagrożeniom Korupcyjnym

2. Zmianę brzmienia § 8 ust. 1 lit. c) wzoru umowy na następujące:
„z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – w wysokości 4 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 „

Odpowiedź:
Zamawiający poprawia się oczywisty błąd pisarski w § 8 ust. 1 pkt b) i c) w ten sposób, że **z pkt c) słowa: „za każdy dzień opóźnienia" przenosi się do pkt b) na koniec zdania**. W § 8 ust. 1 pkt b) i c) po poprawie otrzymują brzmienie:
„b) z tytułu niedotrzymania terminu uzupełnienia braków ilościowych lub wymiany towaru na wolny od wad w wysokości 0,2 % wartości danej dostawy, za każdy dzień opóźnienia,
c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w części w wysokości 20 % wartości tej części zamówienia."
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w § 8 ust. 1 pkt. c). Kara umowna, o której mowa w pkt. c) dotyczy części zamówienia, które nie zostało wykonane i od wartości tej części jest liczona.

Pytanie:
Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 8 ust. 2 wzoru umowy na następujące:
„Po trzykrotnym bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 7, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, z prawem żądania kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. c). Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający składa Wykonawcy w terminie 7 dni od upływu terminu określonego w zdaniu wcześniejszym".
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:
Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 3 ust. 4 wzoru umowy na następujące:
„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy"
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Kwestie zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT reguluje § 3 ust. 3 i 4 oraz § 9 ust. 1 pkt a).

Pytanie:
Do części 7. Endoproteza stawu skokowego typu mobile bearing
Czy Zamawiający dopuści implant równoważny do opisanego w części 7 według następującego opisu: Komponent piszczelowy w 4 rozmiarach, wykonany ze stopu tytanowego, płaski z centralnym trzpieniem, pokryty powłoką ceramiczną TiN. Pokrycie bezcementowe w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20□*m*), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP - tzw. Bonit),szybko resorbującą (do 6ciu miesięcy). Komponent skokowy w 4 rozmiarach wykonany ze stopu tytanowego, o krzywiźnie odpowiadającej kości skokowej, z dwoma bolcami, pokryty powłoką ceramiczną TiN. Pokrycie bezcementowe w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20□□*m*), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforowo-wapniową (CaP), szybko resorbującą (do 6ciu miesięcy). Wkladka polietylenowa w 24 rozmiarach swobodnie umieszczona pomiędzy komponentami (tzw. mobile bearing) kongruentna z komponentem piszczelowym
i skokowym?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:
Do części 7. Endoproteza stawu skokowego typu mobile bearing

NIP: 677-17-03-375

REGON: 351194736

KRS: 0000038598

KSIĘGA REJESTROWA 000000005614

Oznaczenie organu: W-12

tel. sekretariat: (12) 428 73 04

fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:

Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami: Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji Neurologicznej`
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:

Urazowo-Ortopedyczna:
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna:

(+48 12) 428 73 03

Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownie:

Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl
http:/www.kcr.pl

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

Norma ISO 9001

Wsparcie procesu akredytacji Zakładów Opieki Zdrowotnej

Certyfikat Systemu Zarządzania Przeciwdziałanie Zagrożeniom Korupcyjnym

Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących sposobu zaopatrzenia Zamawiającego w implanty i instrumenty niezbędne do operacji.
Niektóre zapisy sugerują, że Zamawiający oczekuje utworzenia „banku" implantów i instrumentów zaś inne, że zestaw powinien być dostarczany każdorazowo do operacji.
Z uwagi na niewielką ilość implantów (10 szt. na rok) prosimy o zgodę na dostarczanie zestawu każdorazowo do operacji.
Odpowiedź:
Bank implantów nie dotyczy stawu skokowego.
Implanty i instrumentarium ma być dostarczane na zamówienie.

Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części I Zadania 1 – do nowo utworzonego Zadania, co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczby Oferentów?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w Części I Zadanie 1 dopuści zaoferowanie implantów o następujących parametrach:
Trzpień: bezkołnierzowy, uniwersalny dla biodra prawego i lewego pokryty hydroksyapatytem w co najmniej 10 rozmiarach, stożek 12/14, dostępność trzpienia lateralizowanego /offset/.
Głowa: o średnicy 28, 32 ceramiczna /alternatywnie okładzina ceramiczna/, w trzech długościach szyjki.
Panewka: bezcementowa, zewnętrznie porowata, tytanowa, w kształcie niesferycznym trójpromieniowym typu press-fit z otworami z możliwością zastosowania 2 śrub, średnica zewnętrzna panewki co najmniej od 46 do 68 mm.
Śruby – tytanowe o długościach od 20 do 40 mm, skok co 5 mm, 2 śruby do zestawu.
Wkład: polietylenowy, o wysokiej gęstości, o średnicach wewnętrznych 28 i 32, z offsetem i bez offsetu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 6 do siwz - opis przedmiotu zamówienia.
Poprawiony załącznik da części 1 w zakresie zadania nr 1 zamówienia przyjmuje nowe brzmienie:
„<u>Część 1. Protezy stawu biodrowego</u>
<u>Zadanie 1/ Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego</u>.
Trzpień: bezkołnierzowy, uniwersalny dla biodra prawego i lewego pokryty hydroksyapatytem w co najmniej 10 rozmiarach, stożek 12/14, dostępność trzpienia lateralizowanego /offset/.
Głowa: o średnicy 28, 32 i 36 ceramiczna /alternatywnie okładzina ceramiczna/, w trzech długościach szyjki.
Panewka: bezcementowa, zewnętrznie porowata, tytanowa , w kształcie hemisfery /spłaszczonej hemisfery/ typu press-fit, z możliwością zastosowania 3 śrub, średnica zewnętrzna panewki co najmniej od 46 do 68 mm, i panewka wkręcana o rozmiarach co najmniej jak wyżej, możliwość użycia do trzech śrub.
Śruby – tytanowe o długościach od 20 do 45 mm, skok co 5 mm, 3 śruby do zestawu.
Wkład: polietylenowy, o wysokiej gęstości, o średnicach wewnętrznych 28, 32 i 36, z offsetem i bez offsetu.
Zamawiający wymaga dodatkowo:

- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/,
- co najmniej dwóch kompletnych zestawów fabrycznie nowego instrumentarium, z obligatoryjną wymianą frezów po każdych stu wykonanych protezach,
- opakowania na narzędzia do sterylizacji wielokrotnego użytku /kontenery/,
- do każdego zabiegu jednego ostrza do piły, opcjonalnie do piły typu Acculan,
- napęd elektryczny na czas trwania umowy,

NIP: 677-17-03-375

REGON: 351194736

KRS: 0000038598

KSIĘGA REJESTROWA 000000005614

Oznaczenie organu: W-12

tel. sekretariat: (12) 428 73 04

fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:

Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami:
Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji Neurologicznej`
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:

Urazowo-Ortopedyczna:
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna:

(+48 12) 428 73 03

Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownie:

Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl
http:/www.kcr.pl

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

Norma ISO 9001

Wsparcie procesu akredytacji Zakładów Opieki Zdrowotnej

Certyfikat Systemu Zarządzania Przeciwdziałanie Zagrożeniom Korupcyjnym

- uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty wszczepu,
- płatności za zużyty wszczep do 30 dni od dnia otrzymania faktury.

LUB

Część 1. Protezy stawu biodrowego

Zadanie 1/ Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego.

Trzpień: bezkołnierzowy, uniwersalny dla biodra prawego i lewego pokryty hydroksyapatytem w co najmniej 10 rozmiarach, stożek 12/14, dostępność trzpienia lateralizowanego /offset/.

Głowa: o średnicy 28, 32 ceramiczna /alternatywnie okładzina ceramiczna/, w trzech długościach szyjki.

Panewka: bezcementowa, zewnętrznie porowata, tytanowa, w kształcie niesferycznym trójpromieniowym typu press-fit z otworami z możliwością zastosowania 2 śrub, średnica zewnętrzna panewki co najmniej od 46 do 68 mm.

Śruby – tytanowe o długościach od 20 do 40 mm, skok co 5 mm, 2 śruby do zestawu.

Wkład: polietylenowy, o wysokiej gęstości, o średnicach wewnętrznych 28 i 32, z offsetem i bez offsetu."

Pytanie:

Pytanie nr 1, dot. Część 5/ Protezy przynasadowe stawu biodrowego, w tym:
Pozycja 1. Endoprotezy przynasadowe ceramika-ceramika - 30 sztuk.
Czy zamawiający dopuszcza poza parametrami zawartymi w SIWZ:
Trzpień krótki, przynasadowy o przekroju trapezowym, samocentrujący osadzany w technice oszczędzającej kość za pomocą gładkich kompaktorów. Trzpień wykonany ze stopu tytanu ; dodatkowo napylony porowatym tytanem oraz fosforanem wapnia. Co najmniej dziewięć rozmiarów trzpienia, wielkość trzpienia rosnąca proporcjonalnie - pierwotna stabilizację zapewnia kształt trzpienia. Szyjka stożek 12/14
Panewka bezcementowa tytanowa napylana czystym tytanem o bardzo wysokiej porowatości umożliwijącej wrost kostniny w głąb implantu, w rozmiarach co najmniej 40-68 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki , dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami- śruba lub zaślepka do każdego otworu.
Głowa ceramiczna Biolox DELTA o średnicy 32, 36mm i minimum trzech długościach szyjki bez konieczności użycia 28 oraz 40mm
Wkładka ceramiczna Biolox Delta o średnicach wewnętrznych 32, 36 bez konieczności użycia średnic 28 oraz 40mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w tytanową taśmę na obwodzie wkładki zapewniającą odpowiednie osadzenie wkładki w pancewce jak i zabezpieczenie przed pękaniem.
Śruby o średnicy 6,5mm dostępne w zakresie długości od 15mm do 60mm
Zaślepka centralna,
bez zachowania pozostałych pierwotnych wymagań a w przypadku negatywnej odpowiedzi uprasza się zamawiającego o wyjaśnienie szczegółowo dlaczego nie dopuszcza.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.
Nie spełnia kryteriów opisanych w SIWZ w zakresie wielkości głowy i panewki.

Pytanie:

Pytanie nr 2, dot. Część 3/ Endoprotezy hipoalergiczne, w tym:, w tym:
Pozycja 2. Endoproteza biodra przynasadowa ceramika-ceramika - 10 sztuk.
Czy zamawiający dopuszcza poza parametrami zawartymi w SIWZ:
Trzpień krótki, przynasadowy o przekroju trapezowym, samocentrujący osadzany w technice oszczędzającej kość za pomocą gładkich kompaktorów. Trzpień wykonany ze stopu tytanu ; dodatkowo napylony porowatym tytanem oraz fosforanem wapnia. Co najmniej dziewięć rozmiarów trzpienia, wielkość trzpienia rosnąca proporcjonalnie - pierwotna stabilizację zapewnia kształt trzpienia. Szyjka stożek 12/14

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

NIP: 677-17-03-375

REGON: 351194736

KRS: 0000038598

KSIĘGA REJESTROWA 000000005614

Oznaczenie organu: W-12

tel. sekretariat: (12) 428 73 04

fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:

Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami: Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji Neurologicznej`
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:

Urazowo-Ortopedyczna:
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna:

(+48 12) 428 73 03

Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownie:

Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl
http:/www.kcr.pl

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

Norma ISO 9001

Wsparcie procesu akredytacji Zakładów Opieki Zdrowotnej

Certyfikat Systemu Zarządzania Przeciwdziałanie Zagrożeniom Korupcyjnym

Panewka bezcementowa tytanowa napylana czystym tytanem o bardzo wysokiej porowatości umożliwijącej wrost kostniny w głąb implantu, w rozmiarach co najmniej 40-68 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki , dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami- śruba lub zaślepka do każdego otworu.
Głowa ceramiczna Biolox DELTA o średnicy 32, 36mm i minimum trzech długościach szyjki bez konieczności użycia 28 oraz 40mm
Wkładka ceramiczna Biolox Delta o średnicach wewnętrznych 32, 36 bez konieczności użycia średnic 28 oraz 40mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w tytanową taśmę na obwodzie wkładki zapewniającą odpowiednie osadzenie wkładki w pancewce jak i zabezpieczenie przed pękaniem.
Śruby o średnicy 6,5mm dostępne w zakresie długości od 15mm do 60mm
Zaślepka centralna,
bez zachowania pozostałych pierwotnych wymagań a w przypadku negatywnej odpowiedzi uprasza się zamawiającego o wyjaśnienie szczegółowo dlaczego nie dopuszcza.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Brak wersji HO trzpienia. Brak głowy 28 mm.

Na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert – zgodnie z poniższą informacją:

Pkt 15 SIWZ przyjmuje następujące brzmienie:
„Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać nie później niż do dnia **30 stycznia 2015 r. godz. 12:00.** na adres: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, w Sekretariacie.
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7^{30} – 15^{00}. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zamawiający zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **30 stycznia 2015 r. o godz. 12:15** w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój nr 10.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen.”

Zmiana terminu składania ofert została przesłana do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 7 stycznia 2015 r.

Dyrektor
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
mgr Teresa Zalewińska-Cieślik