



Kraków, 22 listopada 2016 r.

Dotyczy: postępowania na „Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie”. Znak postępowania: A.I.271-24/16.**PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ****I.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Zmiana terminu wynika z udzielenia w terminie późniejszym odpowiedzi na kolejne pytania przesłane do Zamawiającego.

Pkt 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przyjmuje brzmienie:**„Termin i miejsce składania ofert.****Oferty należy składać nie później niż do dnia 28 listopada 2016 r. godz. 12:00** na adres: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, w Sekretariacie.

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7:30 – 15:00. Zamawiający zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

Termin i miejsce otwarcia ofert.**Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2016 r. godz. 12:30** w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój nr 10.

(…)”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zmiana terminu składania ofert została opublikowana w BZP (UZP) dniu 22 listopada 2016 r. pod numerem: 348317 – 2016.

II.

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej.

ZESTAW 1*Dotyczy: Część 4 – Łóżka – 10 szt.***Pytanie:***Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w barierki boczne metalowe, lakierowane z wykończeniem z tworzywa, składane wzdłuż ramy leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, mechanizm zwalniania barierki w jej dolnej części, na ergonomicznej wysokości, barierki składające się z czterech poprzeczek, barierki składane i rozkładane oburącz (w celu bezpieczeństwa, aby uniknąć przypadkowego opuszczenia barierki)?***Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza jednak tylko pod warunkiem możliwości składania jedną ręką.

Pytanie:*Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające leże 4-sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome; leże wypełnione płytami HPL; płyty gładkie, lekkie, nadające się do dezynfekcji; panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatraskowy, leże podparte w 4 pkt., gwarantujące stabilność w każdym położeniu, segmenty leża osadzone na dwóch wzdłużnych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo, brak zewnętrznej ramy przy segmentach leża?***Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:*Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające koła tworzywowe o średnicy 125 mm; wewnętrzna część koła zabezpieczona tworzywowym spodkiem; koła zamontowane za pomocą metalowego uchwytu, gwarantujące wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, np. w trakcie wjeżdżania do windy?***Odpowiedź:**



NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA
000000005614
Oznaczenie organu: W-12
tel. sekretariat: (12) 428 73 04
fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:

Chirurgii Urazowej, Ortopedii
i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami:
Rehabilitacji Diennej
i Rehabilitacji Neurologicznej
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:

Urazowo-Ortopedyczna
Leczenia Bólu
Neurologiczna
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna
(+48 12) 428 73 03


Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownie

Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl
http://www.kcr.pl

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188
7975



PN – EN ISO 9011
PN – EN 14001
PN-ISO/IEC 27001
OHSAS 18001



Wsparcie procesu akredytacji
Zakładów Opieki Zdrowotnej



Certyfikat Systemu Zarządzania
Przeciwdziałanie Zagrożeniom
Korupcyjnym

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające sterowanie elektryczne przy pomocy pilota przewodowego dla pacjenta, regulacje: kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, a także autokontur, przechyły wzdlużne (pilot bez podświetlanych przycisków i latarki)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające długość zewnętrzną 2200 mm? Oferowana długość różni się jedynie o 20 mm od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu).

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające leże o wymiarach 1900 x 970 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu).

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 360 mm do 780 mm, gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu).

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną części nożnej w zakresie 40°?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu).

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w akumulator bez diodowego wskaźnika zużycia informującego o konieczności wymiany baterii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie:

Czy w pkt. 18 i 19 Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające funkcję „podwójnej autoregresji” 160 mm (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda podczas podnoszenia segmentów w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn), niwelującą ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo – lędźwiowym, a tym samym pełniącą funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu).

Pytanie:



NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA
000000005614
Oznaczenie organu: W-12
tel. sekretariat: (12) 428 73 04
fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:

Chirurgii Urazowej, Ortopedii
i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami:
Rehabilitacji Diennej
i Rehabilitacji Neurologicznej
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:

Urazowo-Ortopedyczna
Leczenia Bólu
Neurologiczna
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna
(+48 12) 428 73 03


Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownie

Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl
http://www.kcr.pl

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188
7975



PN – EN ISO 9011
PN – EN 14001
PN-ISO/IEC 27001
OHSAS 18001



Wsparcie procesu akredytacji
Zakładów Opieki Zdrowotnej



Certyfikat Systemu Zarządzania
Przeciwdziałanie Zagrożeniom
Korupcyjnym

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną pozycji Trendelenburga 13° – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu).

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną pozycji anty-Trendelenburga 14° – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu).

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną do pozycji antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg; oznaczonym czytelnym piktogramem, innym niż funkcja Trendelenburga?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu).

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (uruchamiane na panelu sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych regulacji:

- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej
- regulacji części nożnej
- przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburg
- regulacji funkcji autokontur?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jednak tylko jeśli pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez możliwość selektywnej blokady funkcji elektrycznych (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR); wszystkie regulacje odbywają się w sposób świadomy, a uruchomienie funkcji następuje poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego daną funkcję na panelu i pilocie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu).

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające możliwość odłączenia wszelkich regulacji (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR) poprzez możliwość selektywnej blokady funkcji elektrycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu).

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez przycisku bezpieczeństwa opisanego w pkt. 28?



MAŁOPOLSKA

NIP: 677-17-03-375

REGON: 351194736

KRS: 0000038598

KSIĘGA REJESTROWA

000000005614

Oznaczenie organu: W-12

tel. sekretariat: (12) 428 73 04

fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:

Chirurgii Urazowej, Ortopedii
i Rehabilitacji:

(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami:

Rehabilitacji Diennej

i Rehabilitacji Neurologicznej

(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:

Urazowo-Ortopedyczna

Leczenia Bólu

Neurologiczna

(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna

(+48 12) 428 73 03

Gabinety Rehabilitacyjne:

(+48 12) 428 73 03

tel. pracownie

Diagnostyki Obrazowej

(+48 12) 428 73 17


e-mail: office@kcr.pl

<http://www.kcr.pl>

PKO BANK POLSKI S.A.

19 1020 2892 0000 5102 0188

7975



PN – EN ISO 9011

PN – EN 14001

PN-ISO/IEC 27001

OHSAS 18001



Wsparcie procesu akredytacji
Zakładów Opieki Zdrowotnej



Certyfikat Systemu Zarządzania
Przeciwdziałanie Zagrożeniom
Korupcyjnym

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego konstrukcja nie wymaga stosowania złącza wyrównania potencjału?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW 2

Pytanie:

Czy Zamawiający w pkt.4 specyfikacji dopuści łóżko z mechanizmem zwalniania barierki w jej dolnej części? Barierki boczne posiadają cztery poprzeczki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu).

Pytanie:

Czy Zamawiający w pkt.27 specyfikacji dopuści łóżko z odłączeniem wszelkich regulacji po 60 sekundach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie:

Czy Zamawiający w pkt.34 specyfikacji dopuści łóżko z podwójną ramą ortopedyczną spełniającą opis parametrów wymaganych wykonaną ze stali nierdzewnej co jest parametrem równoważnym do oczekiwanego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu).

ZESTAW 3

Część 4

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wewnątrz których konstrukcja metalowa zatopiona jest na stałe, co znacznie wzmacnia wytrzymałość szczytu, montowane do ramy łóżka pośrednio za pomocą konstrukcji rurowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści barierki boczne metalowe lakierowane, składane wzdłuż ramy leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, mechanizm zwalniania barierki w jej dolnej części, na ergonomicznej wysokości, składane jedną ręką?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu).

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji opartej na pantografie podpierającej leże w 6 punktach, które to rozwiązanie nie ujmuje stabilności łóżka?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie od 365 do 815 mm?

Odpowiedź:



NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA
00000005614
Oznaczenie organu: W-12
tel. sekretariat: (12) 428 73 04
fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:
Chirurgii Urazowej, Ortopedii
i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami:
Rehabilitacji Diennej
i Rehabilitacji Neurologicznej
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:
Urazowo-Ortopedyczna
Leczenia Bólu
Neurologiczna
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna
(+48 12) 428 73 03

Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownie
Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl
<http://www.kcr.pl>

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188
7975



PN – EN ISO 9011
PN – EN 14001
PN-ISO/IEC 27001
OHSAS 18001



Wsparcie procesu akredytacji
Zakładów Opieki Zdrowotnej



Certyfikat Systemu Zarządzania
Przeciwdziałanie Zagrożeniom
Korupcyjnym

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją części nożnej w zakresie 40°?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu).

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Trendelenburga 16°?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu).

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji anty-Trendelenburga 16°?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu).

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem centralnym oraz pilotem pacjenta wyposażonymi w przycisk uruchamiający dostępność funkcji, przy czym naciśnięcie przycisku aktywacji uruchamia dany sterownik, nie wszystkie sterowniki? Wymagane Rozwiązanie to zapewnia taką samą funkcjonalność, jak wymagane, bowiem podczas regulacji korzysta się z jednego sterownika. Dokonywanie regulacji dwoma sterownikami jednocześnie wywołuje konflikt sprzętu i może być niebezpieczne dla pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jednak tylko jeśli pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z odłączeniem wszelkich regulacji po 60 sekundach nieużywania regulacji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści podwójną ramę ortopedyczną wykonaną ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu).

ZESTAW 4

Pytanie:

Dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ – umowa (wzór):

Czy Zamawiający w celu ujednoczenia zapisów dla części nr 7 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 6 ust. 2:

„Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych w trakcie gwarancji w przedmiocie umowy wadach, w terminie 7 dni od ich ujawnienia i wyznaczy mu termin na ich usunięcie.”

Na zapis następującej treści:

„Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych w trakcie gwarancji w przedmiocie umowy wadach, w terminie 7 dni od ich ujawnienia i strony wspólnie ustalą termin na ich usunięcie w czasie nie dłuższym niż określono w § 6 ust. 2.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



MAŁOPOLSKA

NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA
000000005614
Oznaczenie organu: W-12
tel. sekretariat: (12) 428 73 04
fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:

Chirurgii Urazowej, Ortopedii
i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami:
Rehabilitacji Diennej
i Rehabilitacji Neurologicznej
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:

Urazowo-Ortopedyczna
Leczenia Bólu
Neurologiczna
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna
(+48 12) 428 73 03

Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03


tel. pracowni

Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl

http://www.kcr.pl

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188
7975



PN – EN ISO 9011
PN – EN 14001
PN-ISO/IEC 27001
OHSAS 18001



Wsparcie procesu akredytacji
Zakładów Opieki Zdrowotnej



Certyfikat Systemu Zarządzania
Przeciwdziałanie Zagrożeniom
Korupcyjnym

Pytanie:

Dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ – umowa (wzór):

Czy Zamawiający w celu ujednoczenia zapisów wzoru umowy oraz warunków gwarancji opisanych w zał. Nr 1 do wzoru umowy dla części nr 7 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 6 ust. 3:

„Naprawa urządzenia powinna nastąpić w budynku, o którym mowa w § 4 ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 3 dni lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku niemożności naprawy na miejscu Wykonawca zabiera urządzenie na własny koszt i zwraca go Zamawiającemu najpóźniej w 14 dniu liczącym od dnia zabrania urządzenia.”

Na zapis następującej treści:

„Naprawa urządzenia powinna nastąpić w budynku, o którym mowa w § 4 ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku niemożności naprawy na miejscu Wykonawca zabiera urządzenie na własny koszt i zwraca go Zamawiającemu najpóźniej w 15 dniu roboczym liczącym od dnia zabrania urządzenia.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

Dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ – umowa (wzór):

Czy Zamawiający w celu ujednoczenia zapisów wzoru umowy oraz warunków gwarancji opisanych w zał. Nr 1 do wzoru umowy dla części nr 7 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 6 ust. 14:

„Na czas przestoju wskutek naprawy lub wymiany gwarancyjnej trwającej powyżej 3 dni Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w 4- tym dniu naprawy/wymiany lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt własny urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie będące przedmiotem dostawy.”

Na zapis następującej treści:

„Na czas przestoju wskutek naprawy lub wymiany gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w 5- tym dniu naprawy/wymiany lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt własny urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie będące przedmiotem dostawy.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

Dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ – umowa (wzór):

Czy Zamawiający w celu ujednoczenia zapisów wzoru umowy oraz warunków gwarancji opisanych w zał. Nr 1 do wzoru umowy dla części nr 7 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 6 ust. 16:

„Wykonawca gwarantuje okres produkcji części zamiennych do urządzenia wynoszący minimum 10 lat od dnia dostawy urządzenia.”

Na zapis następującej treści:

„Wykonawca gwarantuje okres produkcji części zamiennych do urządzenia wynoszący minimum 8 lat od dnia dostawy urządzenia.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

Dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ – umowa (wzór):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 9 ust. 1.a.:

„z tytułu niedotrzymania terminu dostawy-w wysokości 1% wartości brutto umowy, o której mowa w §3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy, ”

Na zapis następującej treści:

„z tytułu niedotrzymania terminu dostawy-w wysokości 0,4% wartości brutto umowy, o której mowa w §3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy, ”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

Dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ – umowa (wzór):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 9 ust. 1.c.:

„z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia, o których mowa w § 6 ust. 3 – w wysokości 1% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy, ”

Na zapis następującej treści:

„z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia, o których mowa w § 6 ust. 3 – w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od



MAŁOPOLSKA

NIP: 677-17-03-375

REGON: 351194736

KRS: 000038598

KSIĘGA REJESTROWA

000000005614

Oznaczenie organu: W-12

tel. sekretariat: (12) 428 73 04

fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:

Chirurgii Urazowej, Ortopedii
i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami:
Rehabilitacji Diennej
i Rehabilitacji Neurologicznej
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:

Urazowo-Ortopedyczna
Leczenia Bólu
Neurologiczna
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna

(+48 12) 428 73 03

Gabinety Rehabilitacyjne:

(+48 12) 428 73 03


tel. pracowni

Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl

<http://www.kcr.pl>

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188
7975



PN – EN ISO 9011

PN – EN 14001

PN-ISO/IEC 27001

OHSAS 18001



Wsparcie procesu akredytacji
Zakładów Opieki Zdrowotnej



Certyfikat Systemu Zarządzania
Przeciwdziałanie Zagrożeniom
Korupcyjnym

dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy, jednak nie w przypadku spełnienia zapisów § 6 ust. 14.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

Dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ – umowa (wzór):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 9 ust. 1.d.:

„z tytułu opóźnienia w dostarczeniu urzędnika zastępczego – w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od 4-tego dnia naprawy lub od dnia dostarczenia uzgodnionego z Zamawiającym do dnia dostarczenia urzędnika,”

Na zapis następującej treści:

„z tytułu opóźnienia w dostarczeniu urzędnika zastępczego – w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od 6-tego dnia naprawy lub od dnia dostarczenia uzgodnionego z Zamawiającym do dnia dostarczenia urzędnika,”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

Dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ – umowa (wzór):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów § 9 ust. 1.a, 1.c, 1.d wzoru umowy poprzez dodanie następującego zwrotu: „nie więcej niż 10% wartości brutto umowy.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

Dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ – umowa (wzór):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin podany w § 9 ust. 2 i 3 liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

Dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ – umowa (wzór):

Celem doprecyzowania zapisów pkt. IV.5 załącznika nr 1 do wzoru umowy, §6 ust. 8, 9, 13 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, w zakresie pakietu nr 7 – Bronchofiberoskop chodzi o „naprawy sprzętu gwarancyjne” wynikające z gwarancji?

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy urzędnika bądź podzespołu wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współzycia społecznego (art. 5 KC i art. 3531 KC).

Odpowiedź:

Paragraf 6 umowy dotyczy napraw gwarancyjnych.

Pytanie:

Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ – dokument gwarancji:

Czy Zamawiający w celu ujednoczenia zapisów dla części nr 7 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 1 ust. 2:

„W okresie gwarancji Wykonawca (gwarant) ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych, jakie wystąpią w urządzeniu, przywrócenia urządzeniu właściwości lub parametrów o których mowa w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 3 dni lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym od zawiadomienia o wadzie lub braku właściwości i parametrów, o których mowa wyżej w ust. 1.

Na zapis następującej treści:

„W okresie gwarancji Wykonawca (gwarant) ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych, jakie wystąpią w urządzeniu, przywrócenia urządzeniu właściwości lub parametrów o których mowa w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym od zawiadomienia o wadzie lub braku właściwości i parametrów, o których mowa wyżej w ust. 1.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ – dokument gwarancji:



MAŁOPOLSKA

NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA
000000005614
Oznaczenie organu: W-12
tel. sekretariat: (12) 428 73 04
fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:

Chirurgii Urazowej, Ortopedii
i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami:
Rehabilitacji Diennej
i Rehabilitacji Neurologicznej
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:

Urazowo-Ortopedyczna
Leczenia Bólu
Neurologiczna
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna
(+48 12) 428 73 03


Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownice

Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl
http://www.kcr.pl

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188
7975



PN – EN ISO 9011
PN – EN 14001
PN-ISO/IEC 27001
OHSAS 18001



Wsparcie procesu akredytacji
Zakładów Opieki Zdrowotnej



Certyfikat Systemu Zarządzania
Przeciwdziałanie Zagrożeniom
Korupcyjnym

Czy Zamawiający w celu ujednoczenia zapisów dla pakietu nr 16 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 1 ust. 3:

„Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych w trakcie gwarancji w przedmiocie umowy wadach fizycznych albo o braku właściwości urządzenia, albo parametrów, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w terminie 14 dni od ich ujawnienia i wyznaczy mu termin na usunięcie wad i/lub przywrócenie urządzeniu opisanych właściwości i/lub parametrów.”

Na zapis następującej treści:

„Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych w trakcie gwarancji w przedmiocie umowy wadach fizycznych albo o braku właściwości urządzenia, albo parametrów, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w terminie 15 dni roboczych od ich ujawnienia i wyznaczy mu termin na usunięcie wad i/lub przywrócenie urządzeniu opisanych właściwości i/lub parametrów.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ – dokument gwarancji:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu §1 ust. 4 w całości, albowiem zachowanie praw wynikających z gwarancji jest niemożliwe w przypadku kiedy Kupujący dokona napraw we własnym zakresie lub zleci naprawę osobie trzeciej?

Sprzęt zakupiony od to wyrób medyczny, za którego poprawne działanie, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu. Jedynie serwisowanie przez podmiot, który posiada niezbędne kwalifikacje oraz wyposażenie pozwalające na wykonanie wszelkich przeglądów oraz napraw zgodnie z wytycznymi producenta zapewnia każdorazowo przywrócenie do standardu odpowiadającego deklaracji zgodności, a także gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów.

Urządzenia będące przedmiotem zamówienia to wysoce specjalistyczny sprzęt medyczny podporządkowany wymogom szeregu aktów prawnych krajowych i unijnych (ustawa o wyrobach medycznych, MDD 93/42 EEC). Każdorazowa naprawa urządzenia, musi, ze względu na odpowiedzialność producenta wobec użytkownika i pacjenta (odpowiedzialność za produkt niebezpieczny art 4491-11 KC), doprowadzić do przywrócenia stanu urządzenia zgodnego z deklaracją zgodności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

Zamawiający wykreśla we wzorze dokumentu gwarancji zapis §1 ust. 4 w całości.

Pytanie:

Dotyczy SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu:

Czy Nie zaszła omyłka w rozdziale 5 SIWZ oraz w pkt. III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu w odniesieniu do wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych? Zamawiający wymaga potwierdzenia należytego wykonania co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi danej części zamówienia o wartości brutto minimum 30 000 000,00 zł dla części 7 – bronchofibroskop?

Odpowiedź:

W pkt 5 SIWZ dla części 7 zamówienia nastąpiła omyłka pisarska. Pkt 5 SIWZ przyjmuje brzmienie:

„W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz posiadają następujące zdolności techniczne lub zawodowe tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie zrealizowali co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi danej części zamówienia, o wartości brutto minimum (każda z dostaw):

(...)

• dla części 7: 30 000,00 zł (brutto);

(...)”

Informacja od Wykonawcy:

W odniesieniu i zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 - 6 Pzp wzywam zamawiającego do dopuszczenia rozwiązań równoważnych. Co do zasady Zamawiający musi dać możliwość dawania równoważnych rozwiązań. Brak takiego sformułowania ogranicza uczciwą konkurencję. Bogate orzecznictwo KIO w tej kwestii działa na korzyść wykonawcy, a nierozpatrzenie pozytywnie skargi wykonawcy na etapie składania ofert przetargowych o brak zapisu w SIWZ o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych stawia go w uprzywilejowanej pozycji w przypadku odwoływania się.



MAŁOPOLSKA

NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA
000000005614
Oznaczenie organu: W-12
tel. sekretariat: (12) 428 73 04
fax: (12) 425 12 28

Odpowiedź:

Zamawiający przygotował i przeprowadza postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie Wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Zamawiający przygotował opis zamówienia pod kątem swoich zapotrzebowań, oraz racjonalnego i zgodnego z prawem wydatkowania środków finansowych, a także na podstawie zdobytego praktycznego doświadczenia z użytkowanym już sprzętem w Placówce. W ramach już udzielonych odpowiedzi dot. opisu przedmiotu zamówienia oraz kolejnych odpowiedzi, które zostaną udzielone Zamawiający w dużej części dopuszcza proponowane przez Wykonawców parametry, tym samym dopuszcza w tym względzie rozwiązania równoważne.

tel. oddziały:
Chirurgii Urazowej, Ortopedii
i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami:
Rehabilitacji Diennej
i Rehabilitacji Neurologicznej
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:
Urazowo-Ortopedyczna
Leczenia Bólu
Neurologiczna
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna
(+48 12) 428 73 03

Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownie
Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl
<http://www.kcr.pl>

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188
7975



PN – EN ISO 9011
PN – EN 14001
PN-ISO/IEC 27001
OHSAS 18001



Wsparcie procesu akredytacji
Zakładów Opieki Zdrowotnej



Certyfikat Systemu Zarządzania
Przeciwdziałanie Zagrożeniom
Korupcyjnym

*Dyrektor
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
mgr Teresa Zalewińska-Cieślak*

Otrzymują:
1 x adresat
1 x aa