PARAMETRY TECHNICZNE (Kontener aluminiowy z wyposażeniem do sterylizacji parowej, przechowywania i transportu sterylnych materiałów medycznych)

Nazwa urządzenia: **……...……...…….**
Opis urządzenia: **……...……..**
Ilość: **2 szt.**
Rok produkcji: **2017, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany**

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – dotyczy całego asortymentu			
L.p.	**Wyszczególnienie parametrów technicznych**	**Wymagane**	**Oferowane (opis)** POTWIERDZIĆ „TAK", A WE WSKAZNYCH POLACH PODAĆ
1.	Kontener zapewniający przeprowadzenie skutecznej sterylizacji oraz transportu i przechowywania sterylnych materiałów o wymiarach 596x275x140mm(+/-5mm) – 2 szt.	Tak	
PARAMETRY TECHNICZNE			
1.	Wanna kontenera, bezszwowa wykonana z aluminium -2 szt.	Tak	
2.	Powierzchnia dna wanny gładka, bez widocznych elementów montażowych (nity, śruby, nakrętki).	Tak	
3.	Dno wanny kontenera profilowane i pochylone w kierunku zaworu kondensatu.	Tak	

……
(podpis)

4.	Zawór ciśnieniowy kondensatu znajdujący się w dnie wanny kontenera otwierający się pod ciśnieniem >1,8 Bara	TAK – **podać zakres ciśnieniowy**	
5.	System podwójnej metalowej pokrywy (zewnętrznej i wewnętrznej) wykonany z aluminium .	Tak	
6.	Pokrywa zewnętrzna pełna (bez otworów)	Tak	
7.	Pokrywa zewnętrzna kontenera nie wystająca poza obrys wanny.	Tak	
8.	Bariera biologiczna kontenera - zawór ciśnieniowo – próżniowy wykonany ze stali nierdzewnej	Tak	
9.	Bariera biologiczna bez konieczności rejestracji cykli sterylizacyjnych.	Tak	
10.	Mocowanie bariery biologicznej do pokrywy wewnętrznej bez użycia śrub.	Tak	
11.	System automatycznego plombowania nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku stanowiący jednocześnie wskaźnik poddania kontenera procesowi sterylizacji	Tak	
12.	Plombowanie automatyczne kontenera poprzez pokrywę zewnętrzną	Tak	

.....

(podpis)

13.	Waga kontenera z pokrywą zewnętrzna nie przekraczająca – 4,5 kg	Tak	
14.	Zamknięcia, rączki, zawory wykonane ze stali nierdzewnej bez użycia tworzyw sztucznych	Tak	
15.	Możliwość zabezpieczenia rączek silikonem	Tak	
16.	Uchwyty kontenera (rączki) blokujące się pod kątem 180 stopni	Tak	
WYPOSAŻENIE			
1.	Kosz siatkowy, narzędziowy wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, wyposażony w uchwyty boczne pasujący wymiarem do wanny kontenera – 2 szt.	Tak	
2.	Tabliczka identyfikacyjna do wyżej wymienionego kontenera – 2 szt.	Tak	
POZOSTAŁE			
1.	Gwarancja min 24 miesiące	Tak	TAK – **Zgodnie z Formularzem oferty**
2.	Oświadczenie dotyczące autoryzacji serwisu wystawione przez producenta.	Tak	
3.	Deklaracja zgodności CE	Tak	
4.	Instrukcja w języku polskim	Tak	

.....

(podpis)

5.	Najbliższy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie RP (wykaz punktów serwisowych zostanie dołączony przy dostawie)	TAK, **podać**	
6.	Gwarancja dostępności części zużywalnych, zamiennych oraz serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat od daty dostawy	TAK	
7.	Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48 h	TAK	

.....

(podpis)