PARAMETRY TECHNICZNE (Wózek do przewożenia materiałów sterylnych wykonany ze stali kwasoodpornej przeznaczony do przewożenia 6 jednostek sterylizacyjnych)

Nazwa urządzenia: **……...……...…….**
Opis urządzenia: **……...……..**
Ilość: **1 szt.**
Rok produkcji: **2017, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany**

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – dotyczy całego asortymentu			
L.p.	**Wyszczególnienie parametrów technicznych**	**Wymagane**	**Oferowane (opis)** POTWIERDZIĆ „TAK", A WE WSKAZNYCH POLACH PODAĆ
1.	Wózek do przewożenia materiałów sterylnych wykonany ze stali kwasoodpornej wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia przeznaczony do przewożenia 6 jednostek sterylizacyjnych. – szt. 1	TAK	
PARAMETRY TECHNICZNE			
1.	Drzwi podwójne, otwierane skrzydłowo	TAK	
2.	Otwarcie drzwi 270 stopni (+/- 20)	TAK	
3.	Wózek szczelnie zamykany - drzwi wyposażone w silikonową uszczelkę oraz zamek	TAK	

……
(podpis)

4.	Wózek z przegrodą pionową	TAK	
5.	Wewnątrz wózka półki stałe oraz 3 półki wysuwane na prowadnicach kulkowych	TAK	
6.	Wózek na kółkach fi 160 mm (+/-20)	TAK	
7.	Opony wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.	TAK	
8.	Wszystkie krawędzie , zaokrąglone, bezpieczne	TAK	
9.	Wymiary (dł. x szer.x wys.) 960 x 680 x 1240 mm (+/-40mm)	TAK	
POZOSTAŁE			
1.	Gwarancja min 24 miesiące	Tak	TAK – **Zgodnie z Formularzem oferty**
2.	Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu / części - bezpłatna wymiana na nową		
3.	Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48 h		

.....

(podpis)

4.	Oświadczenie dotyczące autoryzacji serwisu wystawione przez producenta.	Tak	
5.	Deklaracja zgodności CE	Tak	
6.	Najbliższy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie RP (wykaz punktów serwisowych zostanie dołączony przy dostawie)	TAK, **podać**	
7.	Gwarancja dostępności części zużywalnych, zamiennych oraz serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat od daty dostawy	TAK	

.....

(podpis)