

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (część 5 zamówienia)

Zestaw – Bieżnia z przedłużeniem poręczy

1. Bieżnia 1 sztuka

2. Przedłużenie poręczy 1 sztuka

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r.

Ilość: 1 zestaw

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika

Lp.	OPIS PARAMETRU	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY POTWIERDZIĆ „TAK”, A WE WSKAZNYCH POLACH PODAĆ
1.	Rodzaje treningu – Min. programy treningowe zapisane w komputerze bieżni: Uphill Runs, Trailrunning, Specials - (3 Programme), Routine Breaker, Programy sterowane pulsem (HRC trening) - 12, w tym 4 regulowane prędkością, 4 regulowane kątem pochylenia	Tak	
2.	Wyświetlanie wartości podczas treningu : Podsumowanie danych po treningu: puls, prędkość/tempo, wznoszenie	Tak	
4.	Min. ilość pamięci do zapisu indywidualnych treningów użytkowników: Pamięć dla 4 użytkowników + gość. Możliwość wprowadzenia indywidualnego zakresu treningu z osobistymi ustawieniami każdego użytkownika.	Tak	
5.	Obsługa urządzenia: Intuicyjne menu do ustawiania i pobierania danych użytkownika. Bezpośrednie wejście w trening - szybki start.	Tak	
6.	Ustawienia osobiste użytkowników indywidualnych: Osobiste ustawienia intensywności i konfiguracji treningu, preferencje wyświetlania podczas treningu, osobista strefa tętna i dane osobowe.	Tak	
7.	Min. wartości wyświetlane w czasie treningu: profil treningowy (matryca) oraz animacja biegu", akt. strefa tętna (możliwość wyświetlania albo zużycia energii albo strefy tętna), zużycie energii w kcal lub kJ, akt. czas treningu u min:sec lub h:min, akt. tętno w bpm; • akt. czas treningu w min:s lub h:min, akt. Tempo w min/km lub min/mi, akt.	Tak	



Lp.	OPIS PARAMETRU	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY POTWIERDZIĆ „TAK”, A WE WSKAZNYCH POLACH PODAĆ
	Prędkość w km/h lub mph, wzniesienie w %; dystans w km lub mi, Możliwość ustawienia przez indywidualnego użytkownika wskazywanych parametrów treningu (ustawienia niestandardowe)		
8.	Dodatkowe przyciski w uchwytach: Prędkość ,+` i , -` w prawym uchwycie, wznoszenie ,+` i , -` w lewym uchwycie	Tak	
9.	Kokpit i wyświetlacz: Wysokiej jakości, odporna na pot obudowa wyświetlacza - górna powierzchnia ze szkła akrylowego, min. 190x110mm LCD, napisy pomarańczowe na czarnym tle	Tak	
10.	Pomiar tętna: Poprzez czujniki tętna (w zestawie)	Tak	
11.	Sterowanie na kokpicie: prędkość ,+` i , -` jak również 3 przyciski szybkiego wyboru 4/8/12 km/h lub mph, wznoszenie ,+` i , -` jak również 3 przyciski szybkiego wyboru 4%/8%/12%, Wyświetlacz odporny na pot z centralnie położonym, krzyżowym sterowaniem : start, stop, wybór w prawo, wybór w lewo	Tak	
12.	Maks. obciążenie wagowe 175 kg	Tak	
13.	Moc silnika – min. AC 4,0 KM	Tak	
15.	Min. prędkość ustawiana w stopniach co - 0,5 - 20 km/h, regulacja co 0,1 km/h	Tak	
16.	Wielkość powierzchni biegowej – min. 55 x 153 cm	Tak	
17.	Wznoszenie (silnik) ustawiane w odstępach od - 0 - 12%, 1,0%	Tak	
	Wyposażenie	Tak	
18.	Głośnik: Wbudowany głośnik do emitowania muzyki lub instrukcji głosowych, połączenie AUX lub BLUETOOTH (zależnie od oprogramowania)	Tak	
19.	Instrukcja treningu wraz z uchwytem	Tak	
21.	Przedłużenie uchwytów	Tak	
22.	waga produktu bez opakowania - max. 127 kg	Tak	

Lp.	OPIS PARAMETRU	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY POTWIERDZIĆ „TAK”, A WE WSKAZNYCH POLACH PODAĆ
23.	Min. wymiary po rozłożeniu - 208 x 93,5 x 145,5 cm	Tak	
24.	Min. wymiary po złożeniu - 229,5 x 98,5 x 47 (36) cm	Tak	
25.	Wymiary po złożeniu w pionie - 142,5 x 93,5 x 165,5 cm	Tak	
26.	Wyposażenie: Powierzchnia biegowa składana z funkcją łagodnego opuszczania, klucz bezpieczeństwa do zatrzymania biegni, kółka, poziomowanie podstawy biegni, Wentylator, 2 uchwyty z miękkiego materiału na butelkę i inne naczynia, uchwyt na zegarek sportowy, uchwyt na tablet z bezpiecznym zaciskiem, powierzchnia biegowa składana z funkcją łagodnego opuszczania, klucz bezpieczeństwa do zatrzymania biegni, kółka	Tak	
27.	Zasilanie sieciowe - 230 V / 50 Hz	Tak	

Lp.	WARUNKI SERWISU	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY POTWIERDZIĆ „TAK”, A WE WSKAZNYCH POLACH PODAĆ
1.	W cenie oferty Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przeglądów przez okres gwarancji w ramach zaoferowanej ceny, liczonych od daty bezusterkowego protokolarnego przekazania sprzętu, przy czym ostatni przegląd powinien odbyć się na miesiąc przed zakończeniem ww. okresu, przeglądy powinny się odbywać zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy	Tak	
2.	Wszystkie czynności serwisowe, w tym podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego	Tak	
3.	Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok	Tak	
4.	Wymiana każdego podzespołu na nowy po dwóch nieskutecznych próbach naprawy, jeżeli podzespół uległ uszkodzeniu po raz trzeci	Tak	



Lp.	WARUNKI SERWISU	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY POTWIERDZIĆ „TAK”, A WE WSKAZNYCH POLACH PODAĆ
5.	Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.	Tak	
6.	Sprzęt/y będzie/będą pozbawione hasel, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy	Tak, podać	
SZKOLENIA			
7.	Szkolenie dla personelu medycznego – min. 5 osób. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny – 5 osób.	Tak, podać	
8.	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza.	Tak	
9.	Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania, itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzenia,	Tak	
10.	Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie). UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta.	Tak	
11.	Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszporty techniczne zawierające co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują).	Tak	
12.	Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji.	Tak	
13.	Możliwość mycia i dezynfekcji sprzętów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów.	Tak	

Lp.	WARUNKI SERWISU	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY POTWIERDZIĆ „TAK”, A WE WSKAZNYCH POLACH PODAĆ
14.	Z uwagi na fakt, iż przedmiot umowy finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, faktura po dostawie musi zawierać wymieniony sprzęt zgodny, co do nazwy, ze sprzętem wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia	Tak	

UWAGI: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu – zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ.

Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie *Parametr oferowany* będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.