

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (część 2 zamówienia)

#### Stół/Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem

Nazwa producenta: .....

Nazwa i typ: .....

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r.

**Ilość: 2 sztuki**

*Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.*

*Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika*

| Lp. | OPIS PARAMETRU  | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY<br>POTWIERDZIĆ<br>„TAK”,<br>A WE WSKAZNYCH<br>POLACH PODAĆ |
|-----|---|-------------------|---|
| 1   | Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem  | TAK               |   |
| 2   | Przeznaczona dla dorosłych i dzieci   | TAK               |   |
| 3   | Zestaw przyrządów do ćwiczeń umocowanych na blacie z możliwością regulacji wysokości. | TAK               |   |
| 4   | Do ćwiczeń czynnych wspomaganych z oporem   | TAK               |   |
| 5   | Obciążniki miękkie ze skóry 5 x 250 g. mocowane do linek za pomocą esików             | TAK               |   |
| 6   | Blat: min. 72x52 cm<br>Wysokość regulowana w zakresie: 54-86cm. Waga max. 12 kg.      | TAK               |   |

| Lp. | WARUNKI SERWISU  | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY<br>POTWIERDZIĆ<br>„TAK”,<br>A WE WSKAZNYCH<br>POLACH PODAĆ |
|-----|--|-------------------|---|
| 1.  | W cenie oferty Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przeglądów przez okres gwarancji w ramach zaoferowanej ceny, liczonych od daty bezusterkowego protokolarnego przekazania sprzętu, przy czym ostatni przegląd powinien odbyć się na miesiąc przed zakończeniem ww. okresu, przeglądy powinny się odbywać zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy | Tak               |   |



| Lp.              | WARUNKI SERWISU   | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY<br>POTWIERDZIĆ<br>„TAK”,<br>A WE<br>WSKAZNYCH<br>POLACH PODAĆ |
|------------------|---|-------------------|--|
| 2.               | Wszystkie czynności serwisowe, w tym podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego   | Tak               |  |
| 3.               | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok  | Tak               |  |
| 4.               | Wymiana każdego podzespołu na nowy po dwóch nieskutecznych próbach naprawy, jeżeli podzespół uległ uszkodzeniu po raz trzeci  | Tak               |  |
| 5.               | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.  | Tak               |  |
| 6.               | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy  | Tak, podać        |  |
| <b>SZKOLENIA</b> |   |                   |  |
| 7.               | Szkolenie dla personelu medycznego – min. 5 osób. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny – 5 osób.  | Tak, podać        |  |
| 8.               | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza).   | Tak               |  |
| 9.               | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania, itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzenia,  | Tak               |  |
| 10.              | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie).<br>UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta. | Tak               |  |
| 11.              | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszporty techniczne zawierające co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują).  | Tak               |  |

| Lp. | WARUNKI SERWISU  | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY<br>POTWIERDZIĆ<br>„TAK”,<br>A WE<br>WSKAZNYCH<br>POLACH PODAĆ |
|-----|--|-------------------|--|
| 12. | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji.   | Tak               |  |
| 13. | Możliwość mycia i dezynfekcji sprzętów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące.<br>UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak               |  |
| 14. | Z uwagi na fakt, iż przedmiot umowy finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, faktura po dostawie musi zawierać wymieniony sprzęt zgodny, co do nazwy, ze sprzętem wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia                         | Tak               |  |

UWAGI: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu – zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ.

Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie *Parametr oferowany* będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.