



Kraków, dn.28.09.2020 r.

Dotyczy: Znak postępowania A.I.271-21/20.

„Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, sportowego oraz medycznego.”

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIE 1:

CZEŚĆ 3 - STÓŁ REHABILITACYJNY JEDNOCZĘŚCIOWY DO TERAPII BOBATH- 2 SZTUKI

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI STÓŁ REHABILITACYJNY O PONIŻSZYM PARAMETRZE

Waga stołu 122 kg

Spełniający pozostałe parametry

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Dotyczy części 3 – stół rehabilitacyjny jednoczęściowy do terapii BOBATH

a) Czy Zamawiający dopuści stół z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 52 – 95 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

b) Czy Zamawiający dopuści stół o obciążeniu 150 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

dr n. med. Paweł Kamiński
Dyrektor Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno –
Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka