



Kraków, dn.25.01.2021 r.

**Dotyczy: Dostawa endoprotez oraz innych implantów.
Znak postępowania A.I.271-27/20.**

I.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły kolejne pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej.

Pytanie 1

Pakiet 1: Endoprotezy stawu biodrowego

Zadanie 1. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego polietylen/ceramika

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści produkt równoważny:

Głowa: Głowa ZrNb - dla pacjentów uczulonych na CoCr - o średnicach 28mm, 32mm i 36mm w co najmniej 5 rozmiarach długości szyjki

Odповідź:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z pkt 5 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”): „Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców”.

Pytanie 2

Pakiet 3: Endoprotezy stawu biodrowego przynasadowe

Zadanie 1. Endoprotezy przynasadowe, /ceramika-polietylen/

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści produkt równoważny:

Głowa: Głowa ZrNb - dla pacjentów uczulonych na CoCr - o średnicach 28mm, 32mm i 36mm w co najmniej 5 rozmiarach długości szyjki

Odповідź:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z pkt 5 SIWZ: „Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców”.

II.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W związku z udzielonymi odpowiedziami, działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 i 6 oraz art. 12a ustawy, Zamawiający - **dokонуje modyfikacji SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.**

Pkt 16 SIWZ przyjmuje brzmienie:

„Termin składania (przesłania) ofert:

Sposób złożenia oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” na stronie internetowej:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf>

Zgodnie z informacją zawartą na ww. stronie internetowej, Wykonawca, aby zaszyfrować pliki (ofertę), musi na stronie <https://miniPortal.uzp.gov.pl> odnaleźć niniejsze postępowanie. Po wejściu w szczególności tego postępowania należy odnaleźć funkcję, która umożliwi zaszyfrowanie. System automatycznie zapamiętuje, w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. **Oferty należy przesłać nie później niż do dnia 10 lutego 2021 r. godz. 10:00.**



Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu.

Wykonawca zostanie powiadomiony o złożeniu oferty po terminie, która zostanie zwrócona po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert następuje przy wykorzystaniu strony internetowej miniPortalu.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 lutego 2021 r. godz. 11:00 w Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój nr 12.

(...)”.

Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do TED - 25/01/2021 r. Treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka