



Kraków, dn. 29.01.2021 r.

**Dotyczy: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.  
Znak postępowania A.I.271-28/20.**

**I.**

### SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że dokonuje sprostowania do udzielonej odpowiedzi.

**Pytanie Wykonawcy (które zostało opublikowane):**

**Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 18, 19.**

**Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do infuzji oraz transfuzji posiadały komorę wolną od PCV oraz pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka – zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.**

Udzielona odpowiedź:

„Zamawiający wymaga”.

**Poprawna – właściwa odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**II.**

### ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W związku ze sprostowaniem, działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 i 6 oraz art. 12a ustawy, Zamawiający - **dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.**

**Pkt 16 SIWZ przyjmuje brzmienie:**

**„Termin składania (przesłania) ofert:**

**Sposób złożenia oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” na stronie internetowej:**

**<https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf>**

**Zgodnie z informacją zawartą na ww. stronie internetowej, Wykonawca, aby zaszyfrować pliki (ofertę), musi na stronie <https://miniPortal.uzp.gov.pl> odnaleźć niniejsze postępowanie. Po wejściu w szczegóły tego postępowania należy odnaleźć funkcję, która umożliwi zaszyfrowanie. System automatycznie zapamiętuje, w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać.**

**Oferty należy przesłać nie później niż do dnia 15 lutego 2021 r. godz. 10:00.**

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu.

Wykonawca zostanie powiadomiony o złożeniu oferty po terminie, która zostanie zwrócona po upływie terminu do wniesienia odwołania.

**Termin i miejsce otwarcia ofert.**

Otwarcie ofert następuje przy wykorzystaniu strony internetowej miniPortalu.

**Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2021 r. godz. 11:00 w Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój nr 12.**

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

(...)”.



Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do TED - 29/01/2021 r.

*dr n. med. Paweł Kamiński*  
*Dyrektor Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-*  
*Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka*