Kraków, dn. 02.05.2022 r.

Dotyczy: Dostawa endoprotez oraz innych implantów (elementów).
Znak postępowania A.I.271.1.4.2022.

I.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
MODYFIKACJA SWZ

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą Pzp") Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajdują się poniżej.

ZESTAW 1
Pytanie:
Pytanie do Pakietu 1
Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści produkt równoważny:
Głowa: Głowa ZrNb - dla pacjentów uczulonych na CoCr - o średnicach 28mm, 32mm i 36mm w co najmniej 5 rozmiarach długości szyjki?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza głowy ZrNb.

ZESTAW 2
Pytanie:
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 odstąpi od wymogu przedstawienia wykazu dostaw? Swoją prośbę argumentujemy faktem iż na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie uzyskać odpowiednich referencji na oferowany przez nas produkt z uwagi na jego niedawne wprowadzenie do oferty naszej firmy.
Odpowiedź:
Zamawiający w pakiecie nr 3 odstępuje od wymogu przedstawienia wykazu dostaw.
Zamawiający (w celu zwiększenia konkurencyjności) przychyla się do wniosku Wykonawcy, modyfikując SWZ (Zamawiający odstępuje od wymogu przedstawienia wykazu dostaw).

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje zapis SWZ w zakresie pkt 5.1., który to przyjmuje następujące brzmienie:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy – zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp - spełniają warunki udziału w postępowaniu (w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej), posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie zrealizowali co najmniej jedną dostawę:

a) dla części 1 – sztucznych stawów dla potrzeb medycznych (endoprotez), o wartości minimum 190 000,00 zł brutto (każda);
b) dla części 2 – implantów dla potrzeb medycznych lub implantów ortopedycznych, o wartości minimum 70 000,00 zł brutto (każda);
c) dla części 3 – Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, że wykaz dostaw dla części 3 staje się bezprzedmiotowy.

ZESTAW 3
Pytanie:
1. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. O kącie szyjkowo-trzonowym w przedziale 125-145 stopni. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu,

BONITu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek Eurokonus 12/14.

Panewka pełna, w rozmiarach od 44-68mm ze skokiem co 2mm. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej i dodatkowo cienką, bioaktywną (osteoindukcyjną), szybko-resorbującą warstwą fosforanowo-wapniową (tzw. BONIT). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. Wymiennie panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w rozmiarach zewnętrznych od 44-68mm. Czasza z niezaślepionymi otworami na śruby, z możliwością założenia do 3 śrub stabilizujących. Dostępna zaślepka otworu montażowego, apikalnego. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. Wkładki HXLPE-system wymiennych wkładek HXLPE (crosslinowany polietylen) do głów 36 mm w rozmiarach 52- 68mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28mm w rozmiarach 44-60mm, wersja symetryczna i asymetryczna z nadbudową, 4mm. Pozostałe elementy pakietu spełniają wymogi Zamawiającego

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza (zgodnie z OPZ).

ZESTAW 4
Pytania do asortymentu:

Pytanie:
Pytanie do SWZ – rozdział 5 pkt. 5.1 b) – Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg dot. zdolności technicznej i zawodowej dla Części 2 na podstawie poniższych referencji odpowiadających asortymentowi opisanemu w pakiecie 2:

- Implanty ortopedyczne – 365 034,60 zł brutto;
- Implanty ortopedyczne – 259 129,80 zł brutto.

Odpowiedź:
Zamawiający na tym etapie postępowania nie ma prawa weryfikować spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokonał modyfikacji warunku udziału w postępowaniu zgodnie z odpowiedzią w ZESTAWIE 2.

Pytanie:
Pytanie do SWZ – Rozdział 16, pkt. B – Kryterium: „Termin realizacji zamówienia w godzinach (…)" oraz OPZ, część 2, zapis pod zadaniem 8 – „Uzupełnienie banku implantów do 24h od zgłoszenia (…)": W związku z tym, że jednym z kryteriów oceny ofert jest „Termin realizacji zamówienia w godzinach (…)", prosimy o wykreślenie zapisu zamieszonego w OPZ pod Zadaniem 8 „ Uzupełnienie banku implantów do 24h od zgłoszenia (…)" – w obecnym brzmieniu SWZ Wykonawca nie ma możliwości wybrania innej wartość w zakresie kryterium „Termin realizacji zamówienia w godzinach (…)" gdyż zostało to z góry narzucone przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji poprzez wykreślenie zapisu.
Poprawiony OPZ został opublikowany wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie:
Pytanie 1, dot. wzoru umowy § 8, ust. 1, pkt. 1), 2), 3) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych od wartości niezrealizowanej dostawy, a nie od wartości całej umowy?
Odpowiedź:
Kary umowne będą liczone od wartości dostawy.

Pytanie:
Pytanie do OPZ, Pakiet 2 - STOPA, zapis pod zadaniem 3 – w związku z tym, że procedura dotycząca zadania 1, Zadania 2, Zadania 3 nie wymaga użycia dodatkowego instrumentarium – zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu umieszczonego pod zadaniem nr 3: „ Instrumentarium w kontenerach – na żądanie".

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji poprzez wykreślenie zapisu umieszczonego pod zadaniem nr 3: „Instrumentarium w kontenerach – na żądanie".
Poprawiony OPZ został opublikowany wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie:
Pytanie do SWZ - Rozdział 14. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: W związku z okresem świątecznym – Zawracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje drugiej zmiany terminu, zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

II.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Pkt 14.1 oraz 14.4. SWZ przyjmują brzmienie:

„Termin i miejsce składania ofert.
14.1. **Zaszyfrowane oferty należy składać nie później niż do dnia 6 maja 2022 r. do godz. 09:00.**
(…)
*14.4.***Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 maja 2022 r. o godz. 11:00.**
(…)"

Pkt 18.1 SWZ przyjmuje brzmienie:
18.1. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany do 4 czerwca 2022 r.

Data przekazania (publikacji) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (modyfikacji w zakresie terminu składania i otwarcia ofert i związania ofertą, warunku udziału w postępowaniu) do portalu ezamowienia - 02/05/2022 r.

Załącznik:
- poprawiony opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny
im. prof. Bogusława Frańczuka