# Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Kaseta do analizatora parametrów krytycznych**
Nazwa producenta: ……
Nazwa i typ: .....
Rok produkcji: nie wcześniej niż 2021 r.
**Ilość: 15 sztuk**
*Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.*
*Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2021), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika*

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY POTWIERDZIĆ „TAK”, A WE WSKAZANYCH POLACH PODAĆ |
|---|---|---|---|
| 1. | Kaseta do posiadanego przez Zamawiającego analizatora ABL90 FLEX PLUS | Tak | |
| 2. | Kasety odczynnikowe dokonujące jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru:<br>– podstawowych parametrów równowagi kwasowo-zasadowej: pH, pO2, pCO2,<br>– elektrolitów: Na+, K+, Cl-, Ca ++<br>– hemoglobiny, hematokrytu, pochodnych oksymetrycznych hemoglobiny: tHb, O2Hb, MetHb, COHb, hemoglobiny płodowej,<br>– metabolitów: glukozy, mleczanów, kreatyniny i mocznika | Tak, podać | |
| 3. | Zakres liniowości oznaczonego wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l. | Tak | |
| 4. | Możliwość wykonywania pomiarów krwi kapilarnej, tętniczej, żylnej, | Tak | |
| 5. | Monitorowanie poziomu odczynników i ich stabilności na pokładzie. | Tak | |
| 6. | Pomiar wszystkich parametrów z krwi pacjenta oraz materiału kontrolnego w jednym torze pomiarowym. | Tak | |
| 7. | Zestawy odczynnikowe w postaci wymiennych kaset, nie więcej niż 2 kasety: osobne kasety odczynnikowe i kasety z elektrodami.. | Tak | |
| 8. | Odczynniki po zainstalowaniu w analizatorze zachowują ważność przez minimum 14 dni. | Tak | |
| 9. | Automatyczna kalibracja jedno lub dwupunktowa bez użycia butli gazowych. | Tak | |
| 10. | Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1 raz dziennie dla 3 poziomów kontroli | Tak | |
| 11. | Możliwość wyjęcia i ponownego zainstalowania kaset w tym samym analizatorze bez utraty pozostałych w kasetach testów | Tak | |
| 12. | Karty charakterystyki odczynników w języku polskim | Tak | |

UWAGI: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie *Parametr oferowany* będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

**UWAGA: DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ:**
**- KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB**
**- PODPISEM ZAUFANYM LUB**
**- PODPISEM OSOBISTYM**