Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bieżnia do treningu wydolnościowego
Nazwa producenta: ……
Nazwa i typ: .....
Rok produkcji: nie wcześniej niż 2021 r.
Ilość: 2 sztuk
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2021), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika

Lp.	OPIS PARAMETRU	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY POTWIERDZIĆ „TAK”, A WE WSKAZANYCH POLACH PODAĆ
1.	Wytrzymała rama	Tak	
2.	Usztywnienia wykonane z hartowanego tworzywa sztucznego wzdłuż całego pasa bieżni	Tak	
3.	poręcze bezpieczeństwa z antypoślizgową powierzchnią	Tak	
4.	łączna liczba programów min. 25	Tak, podać	
5.	Program HRC	Tak	
6.	Możliwość stworzenia własnego programu i planu / celu treningowego (dystans, czas, spalone kalorie)	Tak	
7.	Możliwość podejrzenia historii treningu	Tak	
8.	Możliwość rejestrowanie biegów na bieżni	Tak	
9.	Funkcja pauzy – użytkownik w każdej chwili może zatrzymać pracę urządzenia	Tak	
10.	Urządzeni wyposażone w odbiornik pasa piersiowego: dla nieszyfrowanego sygnału analogowego 5kHz o zasięgu min 1 metra	Tak, podać	
11.	Urządzenie wyposażone w świetlne informacje: czasu, prędkości, odległości, częstotliwość akcji serca, spalonych kalorii	Tak, podać	
12.	Elektroniczne nachylenie pasa bieżni, maksymalny kąt nachylenia - 18%	Tak, podać	
13.	Prędkość bieżni w granicach do min. 22 km / h	Tak, podać	
14.	Urządzenie posiada czujniki częstotliwości tętna	Tak	
15.	kółka do przemieszczania bieżni	Tak	
16.	Urządzenie posiadające system kompensujący nierówności	Tak	
17.	wymiary pasa bieżni: min. 160 x min. 55 cm	Tak, podać	
18.	Wymiary: wysokość maks.150 cm x szerokość maks. 90 cm x długość maks. 220 cm	Tak, podać	

19.	maksymalna nośność bieżni: 160 kg	Tak, podać	
20.	waga bieżni max 190 kg	Tak, podać	
21.	Zasilanie: 230 V	Tak	
22.	moc silnika min: 4 KM, cicha praca silnika	Tak, podać	

Lp.	Warunki serwisu	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY POTWIERDZIĆ „TAK", A WE WSKAZANYCH POLACH PODAĆ
1.	W cenie oferty Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przeglądów przez okres gwarancji w ramach zaoferowanej ceny, liczonych od daty bezusterkowego protokolarnego przekazania sprzętu, przy czym ostatni przegląd powinien odbyć się na miesiąc przed zakończeniem ww. okresu, przeglądy powinny się odbywać zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 24 miesiące	**Tak**	
2.	Wszystkie czynności serwisowe, w tym podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego	**Tak**	
3.	Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok	**Tak**	
4.	Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy	**Tak**	
	Szkolenia		
5.	Instruktaż dla personelu medycznego – min. 5 osób	**Tak**	
6.	Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza.	**Tak**	
7.	Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania, itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzenia – jeżeli dotyczy,	**Tak**	
8.	Możliwość mycia i dezynfekcji aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów.	**Tak**	

UWAGI: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie *Parametr oferowany* będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ:
- KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB
- PODPISEM ZAUFANYM LUB
- PODPISEM OSOBISTYM